

7. หัวกรอสำหรับงานขัดแต่ง

- 7.1 ทำโดยโลหะมีคุณภาพดี บริเวณ Working point ไม่หลุดลอกง่าย
- 7.2 เป็นชนิดกรอเร็วหรือกรอช้าก็ได้
- 7.3 Working point เป็นชนิด stone เขียวหรือขาวหรืออื่น ๆ
- 7.4 มีหลายรูปร่าง และหลายขนาดให้เลือกใช้

8. GuttaPercha Cone For Endodontic

- 8.1 เป็น Main cone หรือ Secondary cone (ระบุ)
- 8.2 มี Code สีที่ปลาย Main cone และมีหลายขนาดให้เลือก
- 8.3 มีอายุการใช้งานตั้งแต่วันที่ส่งมอบ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

9. ปูนเทแบบ

- 9.1 มีมาตรฐาน ADA#25/ISO 6873
- 9.2 มี 3 ชนิด คือ (ระบุ)
 - ปูน plaster (Plaster of Paris)
 - Stone
 - Stone ชนิดแข็งพิเศษ (Velmix)
- 9.3 บรรจุในภาชนะที่ป้องกันความชื้นได้

10. Mask

- 10.1 เป็นกระดาษ มีความหนา 3 ชั้น
- 10.2 สามารถรองแบคทีเรียได้
- 10.3 ใช้วัสดุที่ไม่ระคายเคือง หรือมีสารที่ทำให้แพ้ง่าย

11. ขงใส่เครื่องมือเข้าตูอบ

- 11.1 มีอายุการใช้งานตั้งแต่วันที่ส่งมอบ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 11.2 มี indicator บอกการผ่านชนิดของการ Sterile ว่าเป็น Gas หรือไอน้ำ
- 11.3 สามารถผนึกได้ด้วยเครื่องผนึกชนิดใช้ความร้อนได้
- 11.4 ด้านที่เป็นกระดาษมีความหนาและเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย

12. ฟิล์มเอ็กซเรย์ทันตกรรม

- 12.1 เป็นฟิล์มที่มีความไวแสงสูง
- 12.2 เป็นฟิล์มคู่
- 12.3 มี 3 ขนาด (ระบุ)
 - ฟิล์มเด็ก (Size 1)
 - ฟิล์มผู้ใหญ่ (Size 2)
 - ฟิล์มocclusal
- 12.4 มีอายุการใช้งานตั้งแต่วันที่ส่งมอบ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

13.Mouth mirror

- 13.1 สามารถเข้า Autoclave ได้หลายครั้ง
- 13.2 เป็นกระจกส่องปากธรรมดา (ขนาด 4)

14.Composite Resin สำหรับงานอุดฟัน ชนิดเป็นชุด

- 14.1ตามลักษณะคุณสมบัติของ composit, Etching,Bondingให้ดูรายละเอียดในแต่ละชนิดวัสดุ

15.Composite Resin Flow สำหรับงานอุดฟัน ชนิดเป็นชุด

- 15.1 ตามลักษณะคุณสมบัติของ composit, Etching,Bondingให้ดูรายละเอียดในแต่ละชนิดวัสดุ

16.Sealant ชนิดเป็นชุด (Light cure)

- 16.1 ตามลักษณะคุณสมบัติของ composit, Etching,Bondingให้ดูรายละเอียดในแต่ละชนิดวัสดุ

17.Glass ionomer cement แบบ capsule

- 17.1 เป็น GI แบบ Self cure ที่มีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับการอุดฟัน
- 17.2 ผสมด้วยเครื่องปั่นผสมสารอุดฟันแล้วได้เนื้อวัสดุเนียนละเอียด
- 17.3 มีอายุการใช้งานนับจากวันส่งมอบ ไม่น้อยกว่า 2 ปี