

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
สำหรับโครงการรบกกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำตาเสา

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำตาเสา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน ๑๑๓,๒๕๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗

เป็นเงิน ๑๑๓,๒๕๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด ภายในวงเงิน ๙๔,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ราคาแผ่นละ ๒๐ บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) เป็นราคาอ้างอิงจากการสืบราคาจากบริษัท

๔.๑.๑ ร้านบรรจง เทรดดิ้ง

๔.๑.๒ บริษัท คงเจริญ มั่นคง จำกัด

๔.๑.๓ บริษัท เอเอ็มซี เมดดิคอลซัพพลาย จำกัด

๔.๑.๔ ร้านโอม อารตี ซัพพลาย

๔.๑.๕ บริษัท ชนุตตา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

๔.๑.๖ ร้านพรทิพย์ ซัพพลาย

๔.๒ เข็มเจาะปลายนิ้ว ภายในวงเงิน ๑๘,๗๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ราคาชิ้นละ ๕ บาท (ห้าบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงจากการสืบราคาจากบริษัท

๔.๒.๑ ร้านบรรจง เทรดดิ้ง

๔.๒.๒ บริษัท คงเจริญ มั่นคง จำกัด

๔.๒.๓ บริษัท เอเอ็มซี เมดดิคอลซัพพลาย จำกัด

๔.๒.๔ ร้านโอม อารตี ซัพพลาย

๔.๒.๕ บริษัท ชนุตตา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

๔.๒.๖ ร้านพรทิพย์ ซัพพลาย

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นางเรณู บู่บาง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕.๒ นางสาวชล หงษ์ทอง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕.๓ นางสาวณิชา คุ้มเคย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

คุณลักษณะเฉพาะแถบทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด

๑. แถบทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดอ่านค่าโดยเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา
๒. สามารถตรวจเลือดจากเส้นเลือดฝอยจากปลายนิ้ว
๓. เป็นแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่ใช้หลักการตรวจวัดแบบ Glucose dehydrogenase
๔. วัดระดับน้ำตาลได้ตั้งแต่ ๑๐-๕๐๐ Mg/dl
๕. สามารถตรวจวัดได้ในเลือดที่มีค่า Hematocrit น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%
๖. สามารถตรวจวัดได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ ๑๐-๔๐ องศาเซลเซียส
๗. ขวดบรรจุแถบทดสอบมีสารดูดความชื้นทุกกล่อง
๘. ผลิตโดยประเทศในแถบ เอเชีย ยุโรป
๙. ผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

คุณลักษณะเฉพาะเข็มเจาะปลายนิ้ว

๑. มีคมเข็มแบบสามหน้าตัด เคลือบซิลิโคน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๖ มม. หรือ ๒๘ กรัม
๒. ความลึกของการเจาะแต่ละครั้งเท่ากับ ๑.๕ มม.
๓. ขจัดทิ้งทั้งอัน ปลอดภัยแก่ผู้ใช้
๔. น้ำหนักเข็ม ๑ อันเท่ากับ ๔ กรัม
๕. ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัย
 - เข็มไม่สามารถนำไปใช้ซ้ำได้
 - ระบบกลไกช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคข้ามไปให้ผู้อื่นและป้องกันการแทงถูกมือผู้ใช้โดยบังเอิญ
๖. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา มีอายุการใช้งาน ๕ ปี
๗. ผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทตัวแทนในประเทศ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางเรณู บู่บาง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสายชล หงษ์ทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวณิชชา ความคุ้มเคย)