

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยีน)  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๗๘,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
เป็นเงิน ๑,๔๕๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่น-สองพันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๑,๐๐๐.-บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๔.๑ <http://www.lazada.co.th>
  - ๔.๒ <http://introducetools.com>
  - ๔.๓ <http://topseeson.com>
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๕.๑ นายสมชาย จำปาเงิน
  - ๕.๒ นางจินตนา เปี่ยมฤกษ์
  - ๕.๓ นายสุชาติ ถนอมวราภรณ์
  - ๕.๔ นายสุโรจน์ พานทอง
  - ๕.๕ นายณัฐวัฒน์ ฤกษ์ชัยศรี

## คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องชั่งน้ำหนัก ตามโครงการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับ อสม.

\*\*\*\*\*

1. ความต้องการ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กโตและผู้ใหญ่ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับใช้ชั่งน้ำหนักเด็กโตและผู้ใหญ่ สำหรับออกพื้นที่ของ อสม.
3. คุณสมบัติทั่วไป
  - 3.1 เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล แสดงผลเป็นกิโลกรัม หรือดิจิตอล
  - 3.2 วัสดุทำจากพลาสติก หรือโลหะ หรือพลาสติกผสมโลหะที่มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
  - 3.3 สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม
  - 3.4 สามารถวัดดัชนีมวลกาย
  - 3.5 ตัวเครื่องมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 2 – 3 กิโลกรัม
  - 3.6 ตัวเลข LCD อ่านง่าย ชัดเจน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 35 มม.
  - 3.7 ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งานนานเกินกว่า 3 นาที
  - 3.8 เครื่องใช้พลังงานแบตเตอรี่ “AAA” จำนวน 2 ก้อน
4. อุปกรณ์ประกอบ
  - 4.1 แบตเตอรี่ขนาด “AAA” ติดมากับตัวเครื่อง จำนวน 2 ก้อน
  - 4.2 แบตเตอรี่สำรอง เป็นถ่านอัลคาไลน์ ขนาด “AAA” จำนวน 2 ก้อน พร้อมแท่นชาร์จ
  - 4.3 ถุงหรือกระเป๋าหรืออุปกรณ์ลักษณะเดียวกันสำหรับใส่เครื่องชั่ง เพื่อป้องกันการกระแทก
5. เงื่อนไขเฉพาะ
  - 5.1 รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบของ
  - 5.2 ในระยะเวลาประกัน หากเครื่องมีปัญหา ผู้ขายต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  - 5.3 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
  - 5.4 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องเป็นภาษาไทย อย่างน้อย 1 ชุด
  - 5.5 ผู้เสนอราคาจะต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคามาแสดงในวันเปิดซอง
  - 5.6 ผู้เสนอราคาจะต้องมีประสบการณ์ในการจำหน่ายวัสดุตามข้อกำหนดมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  - 5.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงในประเทศ ให้เป็นผู้จำหน่ายสินค้ารุ่นที่เสนอ
  - 5.8 ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) / หรือมาตรฐานสากล

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายสุโรจน์ พานทอง )

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางจินตนา เปี่ยมฤกษ์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายจिरศักดิ์ ใจอุ่น)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางกิตตินันต์ เกิดแก้ว)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายถวิล ฤไกรวงศ์)