

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใ้ใช้งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลผักไห่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒.วงเงินงบประมาณ งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๓.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗

เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รายการ โดยมีรายละเอียดต่อหน่วย ดังนี้

๑) เตียงฝักยี่น จำนวน ๑ เตียง ราคาเตียงละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บริษัท เอร่าวิ้น ไฮเทค จำกัด

๔.๒ บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด

๔.๓ บริษัท Steam Crew จำกัด

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ทุกคน

๕.๑ นางกุลรดา เปรมสุนทร ประธานกรรมการ

๕.๒ นางสาวจันทิมาภรณ์ ศรีเรือง กรรมการ

๕.๓ นางสาวนันทวัน นบนอบ กรรมการ

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ

เตียงฝึกยืน

1. ความต้องการ เตียงฝึกยืนปรับเอียงและปรับระดับได้
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้ฝึกยืนทำกิจกรรมและรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด
3. คุณสมบัติทั่วไป เป็นเตียงสามารถปรับความตั้งเอียงและปรับสูงต่ำได้โดยใช้ไฟฟ้า
4. คุณสมบัติเฉพาะ
 - 4.1 เตียงสามารถปรับความสูงต่ำได้อย่างน้อยตั้งแต่ 55-105 ซม. โดย Hand switch.
 - 4.2 ปรับความเอียงของเบาะได้ในช่วง 0 – 90 องศา เบาะมีความทนทาน ทำความสะอาดง่าย
 - 4.3 มอเตอร์ควบคุมการปรับมุมเอียง และปรับระดับสูงต่ำของเตียง แยกอิสระต่อกัน
 - 4.4 โครงสร้างของเตียงมีความมั่นคงแข็งแรง มีล้อเลื่อนขนาดใหญ่ สามารถล็อกล้อได้
 - 4.5 ตัวเตียงมีขนาด กว้าง X ยาว ไม่น้อยกว่า 67 X 198 ซม.
 - 4.6 มีที่วางเท้า แยกเป็น 2 ข้าง สามารถปรับมุมขึ้น ไม่น้อยกว่า 10 องศา ปรับมุมลง ไม่น้อยกว่า 15 องศา
 - 4.7 มอเตอร์ไฟฟ้ามีกำลัง ไม่ต่ำกว่า 6,000 นิวตัน (Force Electrical Motor)
 - 4.8 มีมาตรแสดงองศาของการตั้งเอียงของเตียงติดด้านข้างหัวเตียง
 - 4.9 ด้านข้างฐานเตียง มีแผ่นปิดกันยาวตลอด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะปรับความสูงต่ำของตัวเตียง
 - 4.10 ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และผ่านมาตรฐาน ISO-10993

5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | | |
|---|---|-----|
| 5.1 สายรัดสำหรับข้อเข่า (Strap for the Knees) | 1 | ชุด |
| 5.2 สายรัดบริเวณลำตัว (Strap for the Back) | 2 | ชุด |

6. เงื่อนไขเฉพาะ

- 6.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- 6.2 มีคู่มือการใช้งาน คู่มือการซ่อมและวงจรของเครื่อง (Technical/Service Manual เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ)
- 6.3 ผู้ขายรับประกันคุณภาพเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันส่งมอบของครบเป็นต้นไป
- 6.4 หากเกิดการชำรุดขัดข้อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติในระยะเวลาที่รับประกันคุณภาพ และผู้ขายทำการแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง แต่ยังไม่ใช้งานได้ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้ภายในระยะเวลาที่ผู้ซื้อกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

