

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ (ร้อยละ ๘๐) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน ๕ รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยอม อำเภอลำดวน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงิน ๒๑๓,๗๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เป็นเงิน ๑๘๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ✓ ๔.๑ ชุดทันตกรรมหัตถการ (ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจฟัน, ชุดหินปูน, ชุดฟัน) จำนวน ๑ ชุด
ราคา ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงจากการสืบราคาจากบริษัท
๔.๑.๑ บริษัท ชนุตตา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
๔.๑.๒ หจก. สนิทดี ซีฟฟลาย
๔.๑.๓ หจก. เอโอ เมดิคอลแอนด์ซีฟฟลาย
๔.๑.๔ บริษัท คงเจริญ มั่นคง จำกัด
 - ✓ ๔.๒ ชุดเก้าอี้ทันตกรรมสนาม (สำหรับผู้ให้บริการและผู้รับบริการ) จำนวน ๑ ชุด
ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงจากการสืบราคาจากบริษัท
๔.๒.๑ บริษัท ชนุตตา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
๔.๒.๒ หจก. สนิทดี ซีฟฟลาย
๔.๒.๓ หจก. เอโอ เมดิคอลแอนด์ซีฟฟลาย
๔.๒.๔ บริษัท คงเจริญ มั่นคง จำกัด
 - ✓ ๔.๓ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน จำนวน ๑ เครื่อง
ราคา ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานมาตรฐาน
สำนักงานประมาณ กระทรวงการคลังมีการสืบราคาจากบริษัท
๔.๓.๑ บริษัท ชนุตตา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
๔.๓.๒ หจก. สนิทดี ซีฟฟลาย
๔.๓.๓ หจก. เอโอ เมดิคอลแอนด์ซีฟฟลาย
๔.๓.๔ บริษัท คงเจริญ มั่นคง จำกัด
๔.๓.๕ บริษัท ซีเอสเอสเมดิคอลซีฟฟลาย จำกัด
 - ✓ ๔.๔ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัสผิวหนัง จำนวน ๑ เครื่อง
ราคา ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงจากการสืบราคาจากบริษัท
๔.๔.๑ บริษัท ชนุตตา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
๔.๔.๒ หจก. สนิทดี ซีฟฟลาย
๔.๔.๓ หจก. เอโอ เมดิคอลแอนด์ซีฟฟลาย
๔.๔.๔ บริษัท คงเจริญ มั่นคง จำกัด

- ✓ ๔.๕ เครื่องซีลซองบรรจุเครื่องมือแพทย์นั่งเครื่องมือฆ่าเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง
ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงจากการสืบราคาจากบริษัท
- ๔.๕.๑ บริษัท พรทิพย์ ซัพพลาย
 - ๔.๕.๒ หจก. สนิทดี ซัพพลาย
 - ๔.๕.๓ หจก. เอไอ เมดิคอลแอนด์ซัพพลาย
 - ๔.๕.๔ บริษัท ที.เค-วันเมดิคอล

๕. รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๕.๑ นางสาวภาษิณีตั้งศิริไพศาล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
- ๕.๒ นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
- ๕.๓ นางเรณู บู่บาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดเก้าอี้สนามสำหรับทันตกรรม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยอม

- 1.ความต้องการ ชุดเก้าอี้สนาม สำหรับทันตกรรมมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
- 2.วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้ในงานทันตกรรมสำหรับการบริการนอกสถานพยาบาล
- 3.คุณลักษณะทั่วไป

เก้าอี้สนามสำหรับผู้รับบริการ


- 3.1 ทำด้วยโครงโลหะไร้สนิม (Stainless Steel) สามารถพับเข้าหากันได้
- 3.2 พนักพิง เบาะนั่ง และหัวหมอน ทำด้วยหนังเทียมหุ้มฟองน้ำ
- 3.3 มีหัวหมอน ซึ่งสามารถเลื่อนได้ ไร้ร่องศีรษะแยกส่วนกับพนักพิง
- 3.4 ด้านซ้ายของเก้าอี้มีแกนยึดกับที่วางแก้วน้ำ และที่บัวปากพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งสามารถถอด ออกได้
- 3.5 ด้านขวามีแกนยึดกับถาดสำหรับวางเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งสามารถถอดออกได้
- 3.6 สามารถปรับพนักพิงได้ 4 ระดับ คือ ตั้ง , เอน , นอน , นอนราบ


เก้าอี้สนามสำหรับผู้ให้บริการ


- 3.7 ทำด้วยโครงโลหะไร้สนิม (Stainless Steel)
- 3.8 มีล้อเลื่อนและปรับความสูงต่ำได้ ด้วยระบบ Pneumatic
- 3.9 มี Lumbar Support

4.เงื่อนไขเฉพาะ

- 4.1 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้าครบ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวกานทิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นางเรณู ปુંบาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดเก้าอี้สนามสำหรับทันตกรรม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยอม

- 1.ความต้องการ ชุดเก้าอี้สนาม สำหรับทันตกรรมมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
- 2.วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้ในงานทันตกรรมสำหรับการบริการนอกสถานพยาบาล
- 3.คุณลักษณะทั่วไป

เก้าอี้สนามสำหรับผู้รับบริการ

- 3.1 ทำด้วยโครงโลหะไร้สนิม (Stainless Steel) สามารถพับเข้าหากันได้
- 3.2 พนักพิง เบาะนั่ง และหัวหมอน ทำด้วยหนังเทียมหุ้มพองน้ำ
- 3.3 มีหัวหมอน ซึ่งสามารถเลื่อนได้ ไร้ร่องศรีษะแยกส่วนกับพนักพิง
- 3.4 ด้านซ้ายของเก้าอี้มีแกนยึดกับที่วางแก้วน้ำ และที่บ้วนปากพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งสามารถถอด ออกได้
- 3.5 ด้านขวามีแกนยึดกับถาดสำหรับวางเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งสามารถถอดออกได้
- 3.6 สามารถปรับพนักพิงได้ 4 ระดับ คือ ตั้ง , เอน , นอน , นอนราบ

เก้าอี้สนามสำหรับผู้ให้บริการ

- 3.7 ทำด้วยโครงโลหะไร้สนิม (Stainless Steel)
- 3.8 มีล้อเลื่อนและปรับความสูงต่ำได้ ด้วยระบบ Pneumatic
- 3.9 มี Lumbar Support


4.เงื่อนไขเฉพาะ

- 4.1 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบสินค้าครบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวภาวิณี ตั้งศิริไพศาล)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางเรณู บุปบาง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดตรวจฟัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยอม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย

ประกอบไปด้วย วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ตามรายการต่อไปนี้

1. Explorer 5 (ชุดชุด) จำนวน 12 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผลิตจากประเทศไทย
2. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่อง Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรงไม่สูญเสียความเรียบของผิวเครื่องมือและผิวเครื่องมือไม่ลอก
3. ด้ามจับเป็นด้ามกลม มีร่องลายตัดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ

2. Cotton Plier จำนวน 12 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่อง Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรงไม่สูญเสียความเรียบของผิวเครื่องมือและผิวเครื่องมือไม่ลอก

3. กระจก+ด้าม จำนวน 12 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ตัวกระจกเป็นกระจกส่องปากชนิดถอดเปลี่ยน
2. ด้ามกระจกเป็นด้ามกลม มีร่องลายตัดกัน เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
3. หน้าตัดกระจก ไม่สะท้อนเงาไม่มีรอยขีดข่วนง่าย
4. ไม่เป็นสนิม และทนต่อการกัดกร่อน
5. สามารถนำเข้า autoclave ได้
6. ผลิตภัณฑจากประเทศไทย
7. มีใบรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์จากคณะกรรมการอาหารและยา


4. แก้วน้ำ 7 ออนซ์ จำนวน 12 ใบ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่อง Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรงไม่สูญเสียความเรียบของผิวเครื่องมือและผิวเครื่องมือไม่ลอก



(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู ปู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

5. ถาด 9 นิ้ว (ถาดใส่เครื่องมือ) จำนวน 12 ใบ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่อง Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรงไม่สูญเสียความเรียบของผิวเครื่องมือและผิวเครื่องมือไม่ลอก

6. กระปุกสำลี 4 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ขนาด 4 นิ้ว
2. ทำจาก Stainless ไม่เป็นสนิม
3. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรง
4. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

7. Thermometer Jar + Forcep 6 นิ้ว (Forcep พร้อมกระบอกใส่) จำนวน 2 ชุด

คุณสมบัติเฉพาะ

1. Thermometer Jar ขนาด 1"x4"
2. Forcep ขนาด 6 นิ้ว
3. ทำจากสแตนเลส ไม่เป็นสนิม
4. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรง
5. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

8. หม้อนึ่งผ้าก๊อซ 18"x13" (หม้อนึ่งก๊อซ) จำนวน 2 ใบ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ขนาด 18 X 13 นิ้ว
2. ทำจาก Stainless ไม่เป็นสนิม
3. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรง
4. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

9.Face Shield,set(กระบังหน้า)จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มี 5 สี คือ ขาว,เขียว,ชมพู,ฟ้า,ม่วง
2. Refill 3 อัน
3. ผลิตจากพลาสติกเหนียว คงทน
4. สายรัดศีรษะแบบเชือก สามารถเลื่อนปรับได้ตามความต้องการของแพทย์ผู้ใช้งาน
5. น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด

10.ปลาย Triple Syringe (ปลายทึบ) จำนวน 6 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำจากStainless ไม่เป็นสนิม
2. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรง
3. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

11.Plateแก้ว ขนาด 4 นิ้วจำนวน 2 ใบ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ขนาด 4 นิ้ว
2. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

12.Trayมีฝาปิด ขนาด 8"X3" จำนวน 4 ชุด

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ขนาด 8"X3"
2. ทำจาก Stainless ไม่เป็นสนิม
3. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรง
4. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

13.Trayมีฝาปิด ขนาด 8”X5” จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ขนาด 8”X5”
2. ทำจาก Stainless ไม่เป็นสนิม
3. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรง
4. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

14.Trayมีฝาปิด ขนาด 12”X8”X2.5” จำนวน 2 ชุด

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ขนาด 12”X8”X2.5”
2. ทำจาก Stainless ไม่เป็นสนิม
3. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรง
4. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

15.Cement Spatula จำนวน 1 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
2. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

16.Glass Lab จำนวน 1 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นกระจกแก้วหนา ไม่รอบแตก หรือบิ่น
2. สามารถนำเข้า Autoclave ได้
3. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

17.ขวดยาแก้ว จำนวน 4 ใบ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีหลายสีให้เลือก
2. เป็นกระจกสีมีฝาปิด ไม่มีรอยแตกหรือบิ่น
3. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

(นางสาวภาชนิ ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

18.Mouth Gag จำนวน 2 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำจาก Stainless Steel หรือโลหะปลอดสนิมชนิดอื่นที่ดีกว่า
2. สามารถนำเข้า Autoclave ได้โดยที่เครื่องมือไม่เกิดสนิม ผิวนิรโรคและไม่ทำให้เครื่องมือบิดหรืองอ
3. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศทวีปยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น
5. รูปแบบ และขนาดของเครื่องมือจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

19.ผ้าคลุมหน้าเจาะปาก จำนวน 12 ผืน


คุณสมบัติเฉพาะ


1. เป็นผ้าเนื้อหนา ไม่เปื่อยยุ่ย จากการซัก เย็บเป็น 2 ชั้น
2. มีการเจาะเนื้อผ้าเปิดเป็นช่องสำหรับบริเวณจมูกและปาก
3. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
4. ขนาดเมื่อคลุมต้องปิดมาถึงบริเวณใบหน้าและคอของผู้ป่วย


20.ผ้าห่อ Set เครื่องมือ จำนวน 36 ผืน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผ้าเนื้อหนา เย็บ 2 ชั้น ไม่เปื่อยยุ่ย จากการซัก
2. มีขนาด 21 x 21 นิ้ว
3. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน


(นางสาวภาชีณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ


(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดอุดฟัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยอม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย

1. Plastic Instrument 8A

จำนวน 4 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำจาก Stainless ปลอดสนิม
2. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
3. มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่อกับปลายทั้งสองของด้าม
4. ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีร่องลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
5. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
6. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
7. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
8. ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย

2. แผ่นกันแสง

จำนวน 1 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. สำหรับกันแสง
2. ไม้ยาว 26.5 เซนติเมตร

-วงกลม ยาว 16.1 เซนติเมตร

-ด้าม ยาว 10.4 เซนติเมตร

(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3. ก้าน pop-on (ก้านเมนเดลป๊อปออน) จำนวน 1 แพค

คุณสมบัติเฉพาะ

1. 1 แพ็ค มีจำนวน 3 ชิ้น
2. สามารถเข้ากับ pop-on ได้ทุกแบบ

4. Amalgam Well จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. 1 แพ็ค มีจำนวน 3 ชิ้น
2. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

5. Amalgam Carrier จำนวน 1 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำจาก Stainless ปลอดสนิมผิวเรียบ เป็นมันวาว ทนทานต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อน
2. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
3. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง (double end)
4. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
5. ผลิตภัณฑจากประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น

6. Amalgam Plugger 1.5-2.0 mm จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำจาก Stainless ปลอดสนิม
2. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
3. มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่ออยู่กับปลายทั้งสองของด้าม
4. ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีร่องลายตัดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
5. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
6. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
7. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
8. ผลิตภัณฑจากประเทศไทย



(นางสาวราชณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

7. Discoid Cleoid 2 mm 89/92 (ชุดชุด)

จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำจาก Stainless ปลอดสนิม
2. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
3. มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่ออยู่กับปลายทั้งสองของด้าม
4. ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีร่องลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
5. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
6. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
7. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
8. ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย

8. Spoon 18 (ชุดชุด)

จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำจาก Stainless ปลอดสนิม
2. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
3. มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่ออยู่กับปลายทั้งสองของด้าม
4. ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีร่องลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
5. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
6. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
7. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
8. ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย



(นางสาวภาชนีย์ ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

9.DycalCarrer(ชุดอุด) จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
2. มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่อกับปลายทั้งสองของด้าม
- 3.ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีร่องลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
4. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
5. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
6. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
7. ผลิตภัณ์ท์จากประเทศไทย

10.PKTBurnisher (PKT 3) (ชุดอุด) จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
2. มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่อกับปลายทั้งสองของด้าม
- 3.ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีร่องลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
4. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
5. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
6. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
7. ผลิตภัณ์ท์จากประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น



(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

11. Amalgam Carver (Hollenback H1 / 2L) (ชุดชุด)

จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
- 2.มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่อกับปลายทั้งสองของด้าม
- 3.ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีร่องลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
4. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
5. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
6. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
7. ผลิตภัณฑจากประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น

12. Proximal carver

จำนวน 2 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
- 2.มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่อกับปลายทั้งสองของด้าม
- 3.ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีร่องลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
4. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
5. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
6. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
7. ผลิตภัณฑจากประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น



(นางสาวกานทิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู ปู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

13.T-ball burnisher

จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
2. มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่อกับปลายทั้งสองของด้าม
- 3.ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีร่องลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
4. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
5. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
6. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
7. ผลิตภัณฑจากประเทศไทย

14.Matrix Holder # Tofflemire

จำนวน 2 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
2. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
3. ผลิตภัณฑจากประเทศในทวีปยุโรป หรือเทียบเท่า

15.Ivory Matrix holder

จำนวน 2 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
2. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
3. ผลิตภัณฑจากประเทศในทวีปยุโรป หรือเทียบเท่า

(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

16.Composite instrument

จำนวน 4 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
- 2.มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่อกับปลายทั้งสองของด้าม
- 3.ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีร่องลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
4. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
5. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
6. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
7. ผลิตภัณฑจากประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น

17. หลุมใส่ bonding พร้อมฝาปิด

จำนวน 2 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผลิตจากพลาสติกหนา สามารถทำความสะอาดด้วยการล้างได้ โดยไม่มีรอยขีดข่วน
2. มีฝาปิดทำจากพลาสติก สีสดใส กันแสงได้
3. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

17. หัวกรอเข้าอันตรง

จำนวน 1 อัน

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ด้ามกรอพื้นความเร็วต่ำใช้สำหรับกรอตัดพื้น กรอกระดุก หรือกรอพื้นปลอม โดยใช้ในงานศัลยกรรม
ช่องปากงานทันตกรรมประดิษฐ์ งานศัลยกรรมปริทันต์

คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1 เป็นหัวกรอความเร็วต่ำ ด้ามตรง อัตราทดรอบ 1: 1
- 2.2 สามารถต่อเข้ากับข้อต่อ MICROMOTOR หรือ AIR MOTOR ของระบบยูนิตทำฟันของงานทันตกรรม
โรงพยาบาลได้

คุณลักษณะเฉพาะ

- 3.1 ด้ามกรอชนิดตรง มีอัตราทดรอบ 1:1
- 3.2 ด้ามทำจากโลหะปลอดสนิม ไม่สิ้นขณะใช้งาน
- 3.3 ใช้กับหัว BUR ชนิดก้านยาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.35 มม. ใส่จับยึดและถอดหัว BUR ได้ง่าย
โดยการหมุนที่ด้ามกรอ แบบ Blue Lock Ring
- 3.4 ความเร็วรอบสูงสุด 40,000 รอบ / นาที
- 3.5 สามารถใส่และถอดออกจากข้อต่อ MICROMOTOR ได้ง่าย
- 3.6 มีระบบป้องกันเชื้อโรคและสิ่งสกปรกตกค้างตรงส่วนหัว เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกผ่านไปนหัวกรอ
(CLEAN HEAD SYSTEM)
- 3.7 สามารถบำรุงรักษา และทำความสะอาดด้วยน้ำมันทำความสะอาดหัวกรอ ด้วยน้ำมัน SPRAY
- 3.8 สามารถอบฆ่าเชื้อด้วย AUTOCLAVE ที่อุณหภูมิสูงสุด 135 องศาเซลเซียส

เงื่อนไขเฉพาะ

- 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ของ ประเทศญี่ปุ่น อเมริกา หรือ ยุโรป ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบัน
ต่าง ๆ โดยได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สากล CE และ ISO 9001:2008 / ISO 13485 : 2003
- 4.2 รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ

(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

18. หัวกรอซ้ำชนิดหักมุม

จำนวน 1 อัน

ลักษณะทั่วไป

เป็นหัวกรอซ้ำใช้ตักแต่งในช่องปาก

ลักษณะเฉพาะ

- ความเร็วรอบสูงสุด 30,000 รอบ / นาที
- หัว BUR ที่ใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.35 มม.
- การถอดและใส่เบอร์ เป็นระบบ LATCH TYPE
- สามารถฆ่าเชื้อโดยเข้า AUTOCLAVE ได้ในอุณหภูมิสูงสุด 135 องศาเซลเซียส
- มีอุปกรณ์ที่สามารถถอดหัวกรอออกมาทำความสะอาดได้เอง และสเปรย์น้ำมันหล่อลื่น HI-CLEAN SPRAY

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ของ ประเทศญี่ปุ่น อเมริกา หรือ ยุโรป ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบันต่างๆ โดยได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สากล CE และ ISO 9001:2008 / ISO 13485 : 2003
2. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ

(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดชุดหินปูน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยอม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย

1.P-10 , Slim Tip (หัวชุดหินปูน P 10) จำนวน 6 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นหัวชุดหินน้ำลายที่ใช้กับเครื่องชุดหินน้ำลาย Ultrasonic Scalerทั่วไป
2. มีสัญลักษณ์บอกค่า 25 K อยู่ที่แผ่นเหล็กของแกนหัวชุด
3. เป็นหัวชุดหินปูนไฟฟ้าชนิดใช้สนามแม่เหล็กเป็นสื่อทำให้สั่น (Magnetostictive) และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอย่างน้อย 25,000 รอบ / นาที
4. แกนของหัวชุดมีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กซ้อนกัน
5. หัวชุด (Insert tip) เป็นรูปเคียว ปลายเรียวแหลม ทำจากสแตนเลสสตีล ไม่ทำให้เกิดสนิม
6. มีท่อน้ำออก (Water Outlet) แยกที่บริเวณปลายหัวชุดโดยเฉพาะ แข็งแรงไม่หักง่าย
7. ตัวด้ามแกนหัวชุดเป็นแบบที่สามารถดึงเข้า – ออกกับด้ามเครื่องชุดได้สะดวก โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือถอด
8. มีโอริง(O ring) กันน้ำรั่ว
9. สามารถฆ่าเชื้อได้โดย Autoclave ที่อุณหภูมิ 134 ‘C
10. สามารถใช้ติดกันในลักษณะการใช้งานที่ปกติเป็นเวลานานได้ โดยเครื่องมือไม่ร้อนผิดปกติ
11. ผลิตภัณ์ท์จากประเทศไทย

2.Sickle จำนวน 4 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
- 2.มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่ออยู่กับปลายทั้งสองของด้าม
- 3.ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีรอยลายตัดกัน (Serrated) เรียบกันสั่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
4. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
5. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
6. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
7. ผลิตภัณ์ท์จากประเทศในทวีป ยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น

(นางสาวภาษินี ตั้งศิริไพศาล)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางเรณู บู่บาง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดความดันโลหิต (แบบสอดแขน)


.....
1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้วัดค่าความดันโลหิต อัตราการเต้นของชีพจร ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และสามารถพิมพ์ผลได้


2. คุณสมบัติทั่วไป


2.1 ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 110-240 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์ โดยแปลงผ่าน Adapter เป็นกระแสตรง 12 โวลต์ 5 แอมแปร์ ภายนอกเครื่องเพื่อลดอันตรายจากไฟฟ้า หรือใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ 5 แอมแปร์ จากแบตเตอรี่

2.2 เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดแขนสอด โดยไม่ต้องพัน cuff เครื่องจะแสดงค่าความดันโลหิตโดยอัตโนมัติด้วยเวลาอันสั้น

2.3 ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย class 1 IEC601-1, CE mark, TUV, ISO13485, FDA

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางเรณู บู่บาง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)


คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสผิวหนัง

1. ความต้องการ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสผิวหนัง
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับวัดอุณหภูมิร่างกาย
3. คุณลักษณะ

- 3.1 เครื่องวัดอุณหภูมิ สามารถวัดอุณหภูมิด้วยแสงอินฟราเรด แบบไม่ต้องสัมผัสกับร่างกาย
3.2 เทอร์โมมิเตอร์ มีช่วงอุณหภูมิที่วัด ตั้งแต่ 32c ถึง 43c (90F ถึง 109.4F)
3.3 เครื่องเทอร์โมมิเตอร์ มีความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ : 0.3c (0.45F)
3.4 เครื่องวัดอุณหภูมิ สามารถเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิการวัด องศาเซลเซียสและฟาเรนไฮ
3.5 เครื่องวัดอุณหภูมิ สามารถปิดเครื่องเองอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน 7 วินาที
3.6 มีโหมดประหยัดพลังงาน ปิดเครื่องเองหลังจากวัดไม่มากกว่า 10 วินาที
3.7 บันทึกค่าการวัดได้ ไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง
3.8 มีเสียงเตือนเมื่อมีไข้ (fever alarm)
3.9 เครื่องวัดอุณหภูมิ มีระยะการวัด 5cm-15cm
3.10 เครื่องวัดอุณหภูมิ มีหน่วยความจำในตัว
3.11 เทอร์โมมิเตอร์ มีจอแสดงผลมีไฟส่องสว่างช่วยในการมองเห็น


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางเรณู บู่บาง)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปิดผนึกของบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ

-
- วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้สำหรับปิดผนึกของบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ
 - คุณสมบัติทั่วไป เป็นเครื่องซีลปิดของกระดาษกับพลาสติกและพลาสติกกับกระดาษติดด้วยความร้อน ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ
 - คุณลักษณะเฉพาะ
 - 3.1 ปุ่มปรับอุณหภูมิ (Cooling Time) เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับชนิดของของ
 - 3.2 การใช้งานเป็นลักษณะคั่นโยกด้วยมือ โดยผู้ใช้ไม่ต้องออกแรงมากกว่าปกติ แรงกดแทนความร้อนคงที่
 - 3.3 ไม่ต้องอุ่นเครื่อง (No Warming-up) เมื่อเสียบปลั๊กไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ทันที
 - 3.4 มีที่วางม้วนของกระดาษกับพลาสติกอยู่ด้านบนตัวเครื่อง
 - 3.5 มีใบมีดสำหรับตัดของกระดาษกับพลาสติกติดตั้งอยู่กับตัวเครื่อง สามารถสไลด์ตัดได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
 - 3.6 สามารถปิดช่องได้ทั้งช่องที่เป็นพลาสติกกับพลาสติก และช่องที่เป็นกระดาษกับพลาสติก ทั้งชนิดเรียบและซ้อนขอบ
 - 3.7 เวลาที่ใช้ในการซีลของเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ (Electronic Automatic Sealing Time System)
 - 3.8 สัญญาณเสียงเตือนและไฟสีเขียวแสดงขณะเครื่องทำงาน
 - 3.9 แถบความร้อนที่ปิดช่องอยู่ด้านล่าง มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร
 - 3.10 ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 110-240 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางเรณู บู่บาง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดตรวจฟัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยอม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย

ประกอบไปด้วย วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ตามรายการต่อไปนี้

1.Explorer 5 (ชุดชุด)จำนวน 12 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผลิตจากประเทศไทย
2. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่อง Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรงไม่สูญเสียความเรียบของผิวเครื่องมือและผิวเครื่องมือไม่ลอก
3. ด้ามจับเป็นด้ามกลม มีร่องลายตัดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ

2. Cotton Plier จำนวน 12 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่อง Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรงไม่สูญเสียความเรียบของผิวเครื่องมือและผิวเครื่องมือไม่ลอก

3.กระจก+ด้าม จำนวน 12 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ตัวกระจกเป็นกระจกสองปากชนิดถอดเปลี่ยน
2. ด้ามกระจกเป็นด้ามกลม มีร่องลายตัดกัน เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
3. หน้าที่ดกระจก ไม่สะท้อนเงาไม่มีรอยขีดข่วนง่าย
4. ไม่เป็นสนิม และทนต่อการกัดกร่อน
5. สามารถนำเข้า autoclave ได้
6. ผลิตภัณฑจากประเทศไทย
7. มีใบรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์จากคณะกรรมการอาหารและยา

4.แก้วน้ำ 7 ออนซ์ จำนวน 12 ใบ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่อง Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรงไม่สูญเสียความเรียบของผิวเครื่องมือและผิวเครื่องมือไม่ลอก



(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุติ สุขฤทธิ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู บู่บาง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

5. ถาด 9 นิ้ว (ถาดใส่เครื่องมือ) จำนวน 12 ใบ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่อง Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรงไม่สูญเสียความเรียบของผิวเครื่องมือและผิวเครื่องมือไม่ลอก

6. กระปุกสำลี 4 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ขนาด 4 นิ้ว
2. ทำจาก Stainless ไม่เป็นสนิม
3. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรง
4. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

7. Thermometer Jar + Forcep 6 นิ้ว (Forcep พร้อมกระบอกใส่) จำนวน 2 ชุด

คุณสมบัติเฉพาะ

1. Thermometer Jar ขนาด 1"x4"
2. Forcep ขนาด 6 นิ้ว
3. ทำจากสแตนเลส ไม่เป็นสนิม
4. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรง
5. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

8. หม้อนึ่งผ้าก๊อซ 18"x13" (หม้อนึ่งก๊อซ) จำนวน 2 ใบ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ขนาด 18 X 13 นิ้ว
2. ทำจาก Stainless ไม่เป็นสนิม
3. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรง
4. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

(นางสาวภาณีณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

9.Face Shield,set(กระบังหน้า)จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มี 5 สี คือ ขาว,เขียว,ชมพู,ฟ้า,ม่วง
2. Refill 3 อัน
3. ผลิตจากพลาสติกเหนียว คงทน
4. สายรัดศีรษะแบบเชือก สามารถเลื่อนปรับได้ตามความต้องการของแพทย์ผู้ใช้งาน
5. น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด

10.ปลาย Triple Syringe (ปลายทึบ) จำนวน 6 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำจากStainless ไม่เป็นสนิม
2. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรง
3. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

11.Plateแก้ว ขนาด 4 นิ้วจำนวน 2 ใบ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ขนาด 4 นิ้ว
2. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

12.Trayมีฝาปิด ขนาด 8"X3" จำนวน 4 ชุด

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ขนาด 8"X3"
2. ทำจาก Stainless ไม่เป็นสนิม
3. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรง
4. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

(นางสาวภาษินี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นางยุวดี ผูกฤทธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

13. Tray มีฝาปิด ขนาด 8"X5" จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ขนาด 8"X5"
2. ทำจาก Stainless ไม่เป็นสนิม
3. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรง
4. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

14. Tray มีฝาปิด ขนาด 12"X8"X2.5" จำนวน 2 ชุด

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ขนาด 12"X8"X2.5"
2. ทำจาก Stainless ไม่เป็นสนิม
3. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรง
4. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

15. Cement Spatula จำนวน 1 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
2. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

16. Glass Lab จำนวน 1 อัน


คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นกระจกแก้วหนา ไม่รอบแตก หรือบิ่น
2. สามารถนำเข้า Autoclave ได้
3. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

17. ขวดยาแก้ว จำนวน 4 ใบ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีหลายสีให้เลือก
2. เป็นกระจกสีมีฝาปิด ไม่มีรอยแตกหรือบิ่น
3. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน



(นางสาวภาชนิ ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุติ ผูกฤทธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

18. Mouth Gag จำนวน 2 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำจาก Stainless Steel หรือโลหะปลอดสนิมชนิดอื่นที่ดีกว่า
2. สามารถนำเข้า Autoclave ได้โดยที่เครื่องมือไม่เกิดสนิม ผิวไม่ลอกและไม่ทำให้เครื่องมือบิดหรืองอ
3. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศทวีปยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น
5. รูปแบบ และขนาดของเครื่องมือจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

19. ผ้าคลุมหน้าเจาะปาก จำนวน 12 ผืน


คุณสมบัติเฉพาะ


1. เป็นผ้าเนื้อหนา ไม่เปื่อยยุ่ย จากการซัก เย็บเป็น 2 ชั้น
2. มีการเจาะเนื้อผ้าเปิดเป็นช่องสำหรับบริเวณจมูกและปาก
3. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
4. ขนาดเมื่อคลุมต้องปิดมาถึงบริเวณใบหน้าและคอของผู้ป่วย


20. ผ้าห่อ Set เครื่องมือ จำนวน 36 ผืน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผ้าเนื้อหนา เย็บ 2 ชั้น ไม่เปื่อยยุ่ย จากการซัก
2. มีขนาด 21 x 21 นิ้ว
3. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน


(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ


(นางยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดอุดฟัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยอม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย

1. Plastic Instrument 8A

จำนวน 4 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำจาก Stainless ปลอดสนิม
2. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
3. มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่อกับปลายทั้งสองของด้าม
4. ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีรอยลายติดกัน (Serrated) เรียบกันเส้น และไม่เจ็บอุ้งมือ
5. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
6. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
7. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
8. ผลิตภัณฑจากประเทศไทย

2. แผ่นกันแสง

จำนวน 1 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. สำหรับกันแสง
2. ไม้ยาว 26.5 เซนติเมตร

-วงกลม ยาว 16.1 เซนติเมตร

-ด้าม ยาว 10.4 เซนติเมตร

(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3. ก้าน pop-on (ก้านเมนเดลป๊อปออน)

จำนวน 1 แพค

คุณสมบัติเฉพาะ

1. 1 แพ็ค มีจำนวน 3 ชิ้น
2. สามารถเข้ากับ pop-On ได้ทุกแบบ

4. Amalgam Well

จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. 1 แพ็ค มีจำนวน 3 ชิ้น
2. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

5. Amalgam Carrier

จำนวน 1 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำจาก Stainless ปลอดสนิมผิวเรียบ เป็นมันวาว ทนทานต่อการเกิดสนิมแลการกัดกร่อน
2. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
3. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง (double end)
4. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
5. ผลิตภัณฑจากประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น

6. Amalgam Plugger 1.5-2.0 mm

จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำจาก Stainless ปลอดสนิม
2. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
3. มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่ออยู่กับปลายทั้งสองของด้าม
4. ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีรอยลายตัดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
5. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
6. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
7. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
8. ผลิตภัณฑจากประเทศไทย



(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุติ ผูกฤทธิ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู ปુંบัง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

7. Discoid Cleoid 2 mm 89/92 (ชุดชุด)

จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำจาก Stainless ปลอดสนิม
2. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
3. มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่ออยู่กับปลายทั้งสองของด้าม
4. ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีรอยลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
5. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
6. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
7. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
8. ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย

8. Spoon 18 (ชุดชุด)

จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำจาก Stainless ปลอดสนิม
2. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
3. มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่ออยู่กับปลายทั้งสองของด้าม
4. ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีรอยลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
5. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
6. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
7. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
8. ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย



(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

9.DycalCarrer(ชุดอุด) จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
- 2.มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่ออยู่กับปลายทั้งสองของด้าม
- 3.ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีรอยลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
4. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
5. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
6. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
7. ผลิตภัณ์ท์จากประเทศไทย

10.PKTBurnisher (PKT 3) (ชุดอุด) จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
- 2.มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่ออยู่กับปลายทั้งสองของด้าม
- 3.ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีรอยลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
4. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
5. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
6. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
7. ผลิตภัณ์ท์จากประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น

(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

11. Amalgam Carver (Hollenback H1 / 2L) (ชุดอุด)

จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
- 2.มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่ออยู่กับปลายทั้งสองของด้าม
- 3.ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีรอยลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
4. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
5. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
6. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
7. ผลิตภัณฑ์จากประเทศยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น

12. Proximal carver

จำนวน 2 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
- 2.มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่ออยู่กับปลายทั้งสองของด้าม
- 3.ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีรอยลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
4. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
5. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
6. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
7. ผลิตภัณฑ์จากประเทศยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น



(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู ปู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

13.T-ball burnisher

จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
2. มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่อกับปลายทั้งสองของด้าม
- 3.ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีรอยลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
4. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
5. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
6. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
7. ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย

14.Matrix Holder # Tofflemire

จำนวน 2 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
2. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
3. ผลิตภัณฑ์จากประเทศยุโรป หรือเทียบเท่า

15.Ivory Matrix holder จำนวน 2 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
2. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
3. ผลิตภัณฑ์จากประเทศยุโรป หรือเทียบเท่า

(นางสาวภาชนิ ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางเรณู ปู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

16.Composite instrument

จำนวน 4 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
2. มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่ออยู่กับปลายทั้งสองของด้าม
- 3.ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีรอยลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
4. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
5. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
6. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
7. ผลิตภัณฑ์จากประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น

17.หลุมใส่ bonding พร้อมฝาปิด


จำนวน 2 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผลิตจากพลาสติกหนา สามารถทำความสะอาดด้วยการล้างได้ โดยไม่มีรอยขีดข่วน
2. มีฝาปิดทำจากพลาสติก สีสดใส กันแสงได้
3. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน



(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู ปู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดชุดหินปูน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยอม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย

1.P-10 , Slim Tip (หัวชุดหินปูน P 10) จำนวน 6 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นหัวชุดหินน้ำลายที่ใช้กับเครื่องชุดหินน้ำลาย Ultrasonic Scalerทั่วไป
2. มีสัญลักษณ์บอกค่า 25 K อยู่ที่แผ่นเหล็กของแกนหัวชุด
3. เป็นหัวชุดหินปูนไฟฟ้าชนิดใช้สนามแม่เหล็กเป็นสื่อทำให้สั่น (Magnetostictive) และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอย่างน้อย 25,000 รอบ / นาที
4. แกนของหัวชุดมีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กซ้อนกัน
5. หัวชุด (Insert tip) เป็นรูปเคียว ปลายเรียวแหลม ทำจากสแตนเลสสตีล ไม่ทำให้เกิดสนิม
6. มีท่อน้ำออก (Water Outlet) แยกที่บริเวณปลายหัวชุดโดยเฉพาะ แข็งแรงไม่หักง่าย
7. ตัวด้ามแกนหัวชุดเป็นแบบที่สามารถดึงเข้า – ออกกับด้ามเครื่องชุดได้สะดวก โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือถอด
8. มีโอริง(O ring) กันน้ำรั่ว
9. สามารถฆ่าเชื้อได้โดย Autoclave ที่อุณหภูมิ 134 ‘C
10. สามารถใช้ติดกันในลักษณะการใช้งานที่ปกติเป็นเวลานานได้ โดยเครื่องมือไม่ร้อนผิดปกติ
11. ผลิตภัณ์จากประเทศไทย

2.Sickle จำนวน 4 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
2. มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่อกันกับปลายทั้งสองของด้าม
- 3.ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีรอยลายตัดกัน (Serrated) เรียบกันสั้น และไม่เจ็บอุ้งมือ
4. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
5. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
6. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
7. ผลิตภัณ์จากประเทศในทวีป ยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น

(นางสาวภาชนิ ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3. ภาตเคลือบ Fluoride จำนวน 9 อัน (size ละ 3 อัน)


คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผลิตจาก Silicon แบบนึ่ง มีหลายขนาดให้เลือก
2. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการ แช่น้ำยาหรืออบแก๊สได้ โดยไม่เสียรูปทรง หรือบิดงอ
3. รูปแบบ และ ขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการ / จัดหาแต่ละครั้ง
4. เป็นของใหม่ และ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. Model ฟัน สำหรับสอนทันตสุขศึกษา จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผลิตจากพลาสติกหนา ไม่มีรอยแตก บิ่น
2. มีร่องระหว่างซี่ฟัน ให้สามารถสอนใช้ไหมขัดฟันได้
3. มีขนาดเหมาะสม มองเห็นชัดเจน จับถนัดมือ
4. เป็นของใหม่ และ ไม่เคยใช้งานมาก่อน



(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดตรวจฟัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยอม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย

ประกอบไปด้วย วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ตามรายการต่อไปนี้

1.Explorer 5 (ชุดชุด)จำนวน 12 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผลิตจากประเทศไทย
2. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่อง Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรงไม่สูญเสียความเรียบของผิวเครื่องมือและผิวเครื่องมือไม่ลอก
3. ด้ามจับเป็นด้ามกลม มีร่องลายตัดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ

2. Cotton Plier จำนวน 12 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่อง Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรงไม่สูญเสียความเรียบของผิวเครื่องมือและผิวเครื่องมือไม่ลอก

3.กระจก+ด้าม จำนวน 12 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ตัวกระจกเป็นกระจกสองปากชนิดถอดเปลี่ยน
2. ด้ามกระจกเป็นด้ามกลม มีร่องลายตัดกัน เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
3. หน้าที่ดกระจก ไม่สะท้อนเงาไม่มีรอยขีดข่วนง่าย
4. ไม่เป็นสนิม และทนต่อการกัดกร่อน
5. สามารถนำเข้า autoclave ได้
6. ผลิตภัณท์จากประเทศไทย
7. มีใบรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์จากคณะกรรมการอาหารและยา

4.แก้วน้ำ 7 ออนซ์ จำนวน 12 ใบ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่อง Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรงไม่สูญเสียความเรียบของผิวเครื่องมือและผิวเครื่องมือไม่ลอก



(นางสาวภาชีณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุวดี สุภฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู ปู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

5. ถาด 9 นิ้ว (ถาดใส่เครื่องมือ) จำนวน 12 ใบ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่อง Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรงไม่สูญเสียความเรียบของผิวเครื่องมือและผิวเครื่องมือไม่ลอก

6. กระปุกสำลี 4 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ขนาด 4 นิ้ว
2. ทำจาก Stainless ไม่เป็นสนิม
3. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรง
4. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

7. Thermometer Jar + Forcep 6 นิ้ว (Forcep พร้อมกระบอกใส่) จำนวน 2 ชุด


คุณสมบัติเฉพาะ

1. Thermometer Jar ขนาด 1"x4"
2. Forcep ขนาด 6 นิ้ว
3. ทำจากสแตนเลส ไม่เป็นสนิม
4. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรง
5. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

8. หม้อนึ่งผ้าก๊อซ 18"x13" (หม้อนึ่งก๊อซ) จำนวน 2 ใบ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ขนาด 18 X 13 นิ้ว
2. ทำจาก Stainless ไม่เป็นสนิม
3. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรง
4. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน



(นางสาวภาชีณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

9.Face Shield,set(กระบังหน้า)จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มี 5 สี คือ ขาว,เขียว,ชมพู,ฟ้า,ม่วง
2. Refill 3 อัน
3. ผลิตจากพลาสติกเหนียว คงทน
4. สายรัดศีรษะแบบเชือก สามารถเลื่อนปรับได้ตามความต้องการของแพทย์ผู้ใช้งาน
5. น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด

10.ปลาย Triple Syringe (ปลายทึบ) จำนวน 6 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำจากStainless ไม่เป็นสนิม
2. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรง
3. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

11.Plateแก้ว ขนาด 4 นิ้วจำนวน 2 ใบ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ขนาด 4 นิ้ว
2. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

12.Trayมีฝาปิด ขนาด 8"X3" จำนวน 4 ชุด

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ขนาด 8"X3"
2. ทำจาก Stainless ไม่เป็นสนิม
3. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรง
4. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน



(นางสาวกานทิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู บุ่มบาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

13. Tray มีฝาปิด ขนาด 8"X5" จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ขนาด 8"X5"
2. ทำจาก Stainless ไม่เป็นสนิม
3. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรง
4. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

14. Tray มีฝาปิด ขนาด 12"X8"X2.5" จำนวน 2 ชุด

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ขนาด 12"X8"X2.5"
2. ทำจาก Stainless ไม่เป็นสนิม
3. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรง
4. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

15. Cement Spatula จำนวน 1 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
2. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

16. Glass Lab จำนวน 1 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นกระจกแก้วหนา ไม่รอบแตก หรือบิ่น
2. สามารถนำเข้า Autoclave ได้
3. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

17. ขวดยาแก้ว จำนวน 4 ใบ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีหลายสีให้เลือก
2. เป็นกระจกสีมีฝาปิด ไม่มีรอยแตกหรือบิ่น
3. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน



(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

18.Mouth Gag จำนวน 2 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำจาก Stainless Steel หรือโลหะปลอดสนิมชนิดอื่นที่ดีกว่า
2. สามารถนำเข้า Autoclave ได้โดยที่เครื่องมือไม่เกิดสนิม ผิวไม่ลอกและไม่ทำให้เครื่องมือบิดหรืองอ
3. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศทวีปยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น
5. รูปแบบ และขนาดของเครื่องมือจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

19.ผ้าคลุมหน้าเจาะปาก จำนวน 12 ผืน


คุณสมบัติเฉพาะ


1. เป็นผ้าเนื้อหนา ไม่เปื่อยยุ่ย จากการซัก เย็บเป็น 2 ชั้น
2. มีการเจาะเนื้อผ้าเปิดเป็นช่องสำหรับบริเวณจมูกและปาก
3. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
4. ขนาดเมื่อคลุมต้องปิดมาถึงบริเวณใบหน้าและคอของผู้ป่วย


20.ผ้าห่อ Set เครื่องมือ จำนวน 36 ผืน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผ้าเนื้อหนา เย็บ 2 ชั้น ไม่เปื่อยยุ่ย จากการซัก
2. มีขนาด 21 x 21 นิ้ว
3. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน


(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ


(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดอุดฟัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยอม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย

1. Plastic Instrument 8A จำนวน 4 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำจาก Stainless ปลอดสนิม
2. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
3. มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่ออยู่กับปลายทั้งสองของด้าม
4. ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีร่องลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
5. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
6. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
7. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
8. ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย

2. แผ่นกันแสง จำนวน 1 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. สำหรับกันแสง
2. ไม้ยาว 26.5 เซนติเมตร

-วงกลม ยาว 16.1 เซนติเมตร

-ด้าม ยาว 10.4 เซนติเมตร



(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3. ก้าน pop-on (ก้านเมนเดลป๊อปออน) จำนวน 1 แพค

คุณสมบัติเฉพาะ

1. 1 แพ็ค มีจำนวน 3 ชิ้น
2. สามารถเข้ากับ pop-on ได้ทุกแบบ

4. Amalgam Well จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. 1 แพ็ค มีจำนวน 3 ชิ้น
2. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

5. Amalgam Carrier จำนวน 1 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำจาก Stainless ปลอดสนิมผิวเรียบ เป็นมันวาว ทนทานต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อน
2. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
3. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง (double end)
4. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
5. ผลิตภัณฑจากประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น

6. Amalgam Plugger 1.5-2.0 mm จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำจาก Stainless ปลอดสนิม
2. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
3. มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่ออยู่กับปลายทั้งสองของด้าม
4. ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีร่องลายตัดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
5. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
6. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
7. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
8. ผลิตภัณฑจากประเทศไทย



(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

7. Discoid Cleoid 2 mm 89/92 (ชุดอุด)

จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำจาก Stainless ปลอดสนิม
2. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
3. มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่ออยู่กับปลายทั้งสองของด้าม
4. ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีร่องลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
5. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
6. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
7. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
8. ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย

8. Spoon 18 (ชุดอุด)

จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำจาก Stainless ปลอดสนิม
2. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
3. มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่ออยู่กับปลายทั้งสองของด้าม
4. ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีร่องลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
5. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
6. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
7. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
8. ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย



(นางสาวภาชนิ ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

9.DycalCarrer(ชุดอุด) จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
- 2.มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่อกับปลายทั้งสองของด้าม
- 3.ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีร่องลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
4. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
5. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
6. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
7. ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย

10.PKTBurnisher (PKT 3) (ชุดอุด) จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
- 2.มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่อกับปลายทั้งสองของด้าม
- 3.ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีร่องลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
4. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
5. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
6. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
7. ผลิตภัณฑ์จากประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น



(นางสาวภาชนิ ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู ปู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

11. Amalgam Carver (Hollenback H1 / 2L) (ชุดอุด)

จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
- 2.มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่อกับปลายทั้งสองของด้าม
- 3.ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีร่องลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
4. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
5. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
6. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
7. ผลิตภัณฑจากประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น

12. Proximal carver


จำนวน 2 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
- 2.มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่อกับปลายทั้งสองของด้าม
- 3.ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีร่องลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
4. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
5. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
6. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
7. ผลิตภัณฑจากประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น



(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

13.T-ball burnisher

จำนวน 5 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
- 2.มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่อกับปลายทั้งสองของด้าม
- 3.ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีร่องลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
4. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
5. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
6. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
7. ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย

14.Matrix Holder # Tofflemire

จำนวน 2 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
2. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
3. ผลิตภัณฑ์จากประเทศในทวีปยุโรป หรือเทียบเท่า

15.Ivory Matrix holder จำนวน 2 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
2. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
3. ผลิตภัณฑ์จากประเทศในทวีปยุโรป หรือเทียบเท่า



(นางสาวภาชนีย์ ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู นู๋บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

16.Composite instrument

จำนวน 4 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
- 2.มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่อกับปลายทั้งสองของด้าม
- 3.ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีร่องลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
4. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
5. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
6. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
7. ผลิตภัณฑ์จากประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น

17. หลุมใส่ bonding พร้อมฝาปิด

จำนวน 2 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผลิตจากพลาสติกหนา สามารถทำความสะอาดด้วยการล้างได้ โดยไม่มีรอยขีดข่วน
2. มีฝาปิดทำจากพลาสติก สีสดใส กันแสงได้
3. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน



(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

17. หัวกรอเข้าอันตราย

จำนวน 1 อัน

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ด้ามกรอฟันความเร็วต่ำใช้สำหรับกรอตัดฟัน กรอกระดูก หรือกรอฟันปลอม โดยใช้ในงานศัลยกรรมช่องปากงานทันตกรรมประดิษฐ์ งานศัลยกรรมปริทันต์

คุณลักษณะทั่วไป


- 2.1 เป็นหัวกรอความเร็วต่ำ ด้ามตรง อัตราทดรอบ 1: 1
- 2.2 สามารถต่อเข้ากับข้อต่อ MICROMOTOR หรือ AIR MOTOR ของระบบยูนิตทำฟันของงานทันตกรรมโรงพยาบาลได้


คุณลักษณะเฉพาะ


- 3.1 ด้ามกรอชนิดตรง มีอัตราทดรอบ 1:1
- 3.2 ด้ามทำจากโลหะปลอดสนิม ไม่สิ้นขณะใช้งาน
- 3.3 ใช้กับหัว BUR ชนิดก้านยาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.35 มม. ใส่จับยึดและถอดหัว BUR ได้ง่าย โดยการหมุนที่ด้ามกรอ แบบ Blue Lock Ring
- 3.4 ความเร็วรอบสูงสุด 40,000 รอบ / นาที
- 3.5 สามารถใส่และถอดออกจากข้อต่อ MICROMOTOR ได้ง่าย
- 3.6 มีระบบป้องกันเชื้อโรคและสิ่งสกปรกตกค้างตรงส่วนหัว เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกผ่านไปในตัวกรอ (CLEAN HEAD SYSTEM)
- 3.7 สามารถบำรุงรักษา และทำความสะอาดด้วยน้ำมันทำความสะอาดหัวกรอ ด้วยน้ำมัน SPRAY
- 3.8 สามารถอบฆ่าเชื้อด้วย AUTOCLAVE ที่อุณหภูมิสูงสุด 135 องศาเซลเซียส

เงื่อนไขเฉพาะ

- 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ของ ประเทศญี่ปุ่น อเมริกา หรือ ยุโรป ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบันต่าง ๆ โดยได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สากล CE และ ISO 9001:2008 / ISO 13485 : 2003
- 4.2 รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ


(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ


(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

18. หัวกรอซ้ำชนิดหักมุม

จำนวน 1 อัน

ลักษณะทั่วไป

เป็นหัวกรอซ้ำใช้ตักแต่งในช่องปาก

ลักษณะเฉพาะ

- ความเร็วรอบสูงสุด 30,000 รอบ / นาที
- หัว BUR ที่ใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.35 มม.
- การถอดและใส่เบอร์ เป็นระบบ LATCH TYPE
- สามารถฆ่าเชื้อโดยเข้า AUTOCLAVE ได้ในอุณหภูมิสูงสุด 135 องศาเซลเซียส
- มีอุปกรณ์ที่สามารถถอดหัวกรอออกมาทำความสะอาดได้เอง และสเปรย์น้ำมันหล่อลื่น HI-CLEAN SPRAY

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ของ ประเทศญี่ปุ่น อเมริกา หรือ ยุโรป ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบันต่างๆ โดยได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สากล CE และ ISO 9001:2008 / ISO 13485 : 2003
2. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ



(นางสาวภาษิณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุติ ผูกฤทธิ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดชุดหินปูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยอม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย

1.P-10 , Slim Tip (หัวชุดหินปูน P 10) จำนวน 6 อัน


คุณสมบัติเฉพาะ


1. เป็นหัวชุดหินน้ำลายที่ใช้กับเครื่องชุดหินน้ำลาย Ultrasonic Scalerทั่วไป
2. มีสัญลักษณ์บอกค่า 25 K อยู่ที่แผ่นเหล็กของแกนหัวชุด
3. เป็นหัวชุดหินปูนไฟฟ้าชนิดใช้สนามแม่เหล็กเป็นสื่อทำให้สั่น (Magnetostictive) และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอย่างน้อย 25,000 รอบ / นาที
4. แกนของหัวชุดมีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กซ้อนกัน
5. หัวชุด (Insert tip) เป็นรูปเคียว ปลายเรียวแหลม ทำจากสแตนเลสสตีล ไม่ทำให้เกิดสนิม
6. มีที่น้ำออก (Water Outlet) แยกที่บริเวณปลายหัวชุดโดยเฉพาะ แข็งแรงไม่หักง่าย
7. ตัวด้ามแกนหัวชุดเป็นแบบที่สามารถดึงเข้า – ออกกับด้ามเครื่องชุดได้สะดวก โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือถอด
8. มีโอริง(O ring) กันน้ำรั่ว
9. สามารถฆ่าเชื้อได้โดย Autoclave ที่อุณหภูมิ 134 ‘C
10. สามารถใช้ติดกันในลักษณะการใช้งานที่ปกติเป็นเวลานานได้ โดยเครื่องมือไม่ร้อนผิดปกติ
11. ผลิตภัณท์จากประเทศไทย


2.Sickle จำนวน 4 อัน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม
2. มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด 2 ด้าน ต่ออยู่กับปลายทั้งสองของด้าม
- 3.ส่วนด้ามจับจะเป็นด้านกลม มีรอยลายตัดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ
4. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย
5. รูปแบบและขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
6. เป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
7. ผลิตภัณท์จากประเทศในทวีป ยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น


(นางสาวภาณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ


(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางเรณู บุปบัง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3. ถาดเคลือบ Fluoride จำนวน 9 อัน (size ละ 3 อัน)

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผลิตจาก Silicon แบบนึ่ง มีหลายขนาดให้เลือก
2. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีการ แช่น้ำยาหรืออบแก๊สได้ โดยไม่เสียรูปทรง หรือบิดงอ
3. รูปแบบ และ ขนาดของเครื่องมือ จะระบุในการ / จัดหาแต่ละครั้ง
4. เป็นของใหม่ และ ไม่เคยใช้งานมาก่อน


4. Model ฟัน สำหรับสอนทันตสุขศึกษา จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผลิตจากพลาสติกหนา ไม่มีรอยแตก บิ่น
2. มีร่องระหว่างซี่ฟัน ให้สามารถสอนใช้ไหมขัดฟันได้
3. มีขนาดเหมาะสม มองเห็นชัดเจน จับถนัดมือ
4. เป็นของใหม่ และ ไม่เคยใช้งานมาก่อน



(นางสาวภาชีณี ตั้งศิริไพศาล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ



(นางสาวยุวดี ผูกฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู บู่บาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ