

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ครั้งที่๒)

สำหรับโครงการรบกกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำตาเสา

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ครั้งที่๒)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำตาเสา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงิน ๑๑๓,๒๕๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๑๑๓,๒๕๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด ภายในวงเงิน ๙๔,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
ราคาแผ่นละ ๒๐ บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงจากการสืบราคาจากบริษัท
 - ๔.๑.๑ บริษัท คงเจริญ มั่นคง จำกัด
 - ๔.๑.๒ บริษัท เอเอ็มซี เมดดิคอลซัพพลาย จำกัด
 - ๔.๑.๓ บริษัท อารตี ซัพพลาย
 - ๔.๑.๔ บริษัท ชนุดา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 - ๔.๑.๕ ร้านพรทิพย์ ซัพพลาย
 - ๔.๒ เข็มเจาะปลายนิ้ว ภายในวงเงิน ๑๘,๗๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ราคาชิ้นละ ๕ บาท (ห้าบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงจากการสืบราคาจากบริษัท
 - ๔.๑.๑ บริษัท คงเจริญ มั่นคง จำกัด
 - ๔.๑.๒ บริษัท เอเอ็มซี เมดดิคอลซัพพลาย จำกัด
 - ๔.๑.๓ บริษัท อารตี ซัพพลาย
 - ๔.๑.๔ บริษัท ชนุดา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 - ๔.๑.๕ ร้านพรทิพย์ ซัพพลาย
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นางเรณู บู่บาง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - ๕.๒ นางสาวชล หงษ์ทอง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - ๕.๓ นางสาวณิชา ความคุ้นเคย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

คุณลักษณะเฉพาะแถบทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด

๑. แถบทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดอ่านค่าโดยเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา
๒. สามารถตรวจเลือดจากเส้นเลือดฝอยจากปลายนิ้ว
๓. เป็นแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่ใช้หลักการตรวจวัดแบบ Glucose dehydrogenase
๔. สามารถวัดระดับน้ำตาลได้ตั้งแต่ ๒๐ - ๖๐๐ Mg/dl
๕. สามารถตรวจวัดได้ในเลือดที่มีค่า Hematocrit น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐%
๖. สามารถตรวจวัดได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ ๑๐-๔๐ องศาเซลเซียส
๗. ผลิตโดยประเทศในแถบ เอเชีย ยุโรป
๘. มีวัสดุควบคุมคุณภาพอย่างน้อย ๒ ระดับโดยครอบคลุมค่าต่ำ และค่าสูง พร้อมเอกสารกำกับมาพร้อมแผ่นตรวจและเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
๙. มีคู่มือประกอบการใช้งานฉบับภาษาไทย/อังกฤษ ทั้งฉบับเต็มและฉบับย่อ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. วันหมดอายุของสิ่งของที่ส่งมอบต้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ
๒. ผู้ขายต้องจัดหาเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาพร้อมแบตเตอรี่ ที่ใช้กับแผ่นตรวจน้ำตาล Glucose ในเลือดที่เสนอขายเป็นจำนวน ๑๐ เครื่องพร้อมรับประกัน โดยไม่คิดมูลค่าเครื่อง
๓. ผู้ขายต้องแสดงหลักฐานที่ชี้บ่งถึงมาตรฐานของแถบตรวจ เครื่องตรวจ และ/หรือแหล่งผลิตวัสดุ ดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่ระบุ ผู้ผลิต รุ่นที่ผลิต วันผลิตและวันหมดอายุ อย่างชัดเจนที่ข้างภาชนะบรรจุ แผ่นตรวจ และที่ภาชนะหรือกล่องสำหรับบรรจุวัสดุ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางเรณู บู่บาง)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสายชล หงษ์ทอง)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวณิชชา ความคุ้มเคย)

คุณลักษณะเฉพาะเข็มเจาะปลายนิ้ว

๑. มีคมเข็มแบบสามหน้าตัด เคลือบซิลิโคน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๖ มม.หรือ๒๘ กรัม
๒. ความลึกของการเจาะแต่ละครั้งเท่ากับ ๑.๕ มม.
๓. ขจัดทิ้งทั้งอัน ปลอดภัยแก่ผู้ใช้
๔. น้ำหนักเข็ม ๑ อันเท่ากับ ๔ กรัม
๕. ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัย
 - เข็มไม่สามารถนำไปใช้ซ้ำได้
 - ระบบกลไกช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคเข้าไปให้ผู้อื่นและป้องกันการแทงถูกมือผู้ใช้โดยบังเอิญ
๖. ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา มีอายุการใช้งาน ๕ ปี
๗. มีคู่มือประกอบการใช้งานฉบับภาษาไทย/อังกฤษ ทั้งฉบับเต็มและฉบับย่อ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. วันหมดอายุของสิ่งของที่ส่งมอบต้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ
๒. ผู้ขายต้องแสดงหลักฐานที่ชี้บ่งถึงมาตรฐานของแถบตรวจ เครื่องตรวจ และ/หรือแหล่งผลิตวัสดุ ดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่ระบุ ผู้ผลิต รุ่นที่ผลิต วันผลิตและวันหมดอายุ อย่างชัดเจนที่ข้างภาชนะบรรจุ แผ่นตรวจ และที่ภาชนะหรือกล่องสำหรับบรรจุวัสดุ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางเรณู บู่บาง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสายชล หงษ์ทอง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวณิชา ความคุ้มเคย)