

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ
(งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่อตาโล่ อำเภอลำปาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ ตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ ชุด
ราคา ๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นราคาอ้างอิงจากการสืบราคา
จากบริษัท / หจก.
 - ๔.๑.๑ หจก.สนิทธิ ชัพพลาย
 - ๔.๑.๒ หจก. เอโอ เมดิคอลแอนด์ชีพพลาย
 - ๔.๑.๓ บริษัท ที.เค-วัน เมดิคอล
 - ๔.๒ เครื่องซีล ถุงสำหรับใส่เครื่องมือแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง
ราคา ๒๖,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงจากการสืบราคา
จากบริษัท / หจก.
 - ๔.๒.๑ หจก.สนิทธิ ชัพพลาย
 - ๔.๒.๒ หจก. เอโอ เมดิคอลแอนด์ชีพพลาย
 - ๔.๒.๓ บริษัท ที.เค-วัน เมดิคอล
 - ๔.๓ ตู้เย็นใช้สำหรับเก็บยา ขนาด ๙ คิว จำนวน ๑ ตู้
ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงาน มาตรฐาน สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง มีการสืบราคาจากบริษัท / หจก.
 - ๔.๓.๑ หจก.สนิทธิ ชัพพลาย
 - ๔.๓.๒ หจก. เอโอ เมดิคอลแอนด์ชีพพลาย
 - ๔.๓.๓ บริษัท ที.เค-วัน เมดิคอล

๔.๔ เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดตั้งโต๊ะ แบบพับได้ จำนวน ๑ เครื่อง
ราคา ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงาน มาตรฐาน สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง มีการสืบราคาจากบริษัท / หจก

๔.๔.๑ หจก.สนิทธิ ชัยพลาย

๔.๔.๒ หจก. เอโอ เมดิคอลแอนด์ชัยพลาย

๔.๔.๓ บริษัท ที.เค-วัน เมดิคอล

๔.๕ เตียงตรวจโรคปรับระดับได้ พร้อมม้าขึ้นเตียง จำนวน ๑ เตียง
ราคา ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงจากการสืบราคาจากบริษัท / หจก

๔.๕.๑ หจก.สนิทธิ ชัยพลาย

๔.๕.๒ หจก. เอโอ เมดิคอลแอนด์ ชัยพลาย

๔.๕.๓ บริษัท ที.เค-วัน เมดิคอล

๔.๖ รถเข็นใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ คัน
ราคา ๙,๒๐๐ บาท (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงจากการสืบราคาจากบริษัท

๔.๖.๑ หจก.สนิทธิ ชัยพลาย

๔.๖.๒ หจก. เอโอ เมดิคอลแอนด์ชัยพลาย

๔.๖.๓ บริษัท ที.เค-วัน เมดิคอล

๔.๗ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้น ใช้ปรอท จำนวน ๑ เครื่อง
ราคา ๗,๘๐๐ บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงาน
มาตรฐาน สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง มีการสืบราคาจากบริษัท / หจก

๔.๗.๑ หจก.สนิทธิ ชัยพลาย

๔.๗.๒ หจก. เอโอ เมดิคอลแอนด์ชัยพลาย

๔.๗.๓ บริษัท ที.เค-วัน เมดิคอล

๔.๘ เครื่องชั่งน้ำหนัก มีที่วัดส่วนสูง ใช้ไฟฟ้าแบบแสดงตัวเลข จำนวน ๑ เครื่อง
ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงจากการสืบราคาจาก
บริษัท / หจก

๔.๘.๑ หจก.สนิทธิ ชัยพลาย

๔.๘.๒ หจก. เอโอ เมดิคอลแอนด์ ชัยพลาย

๔.๘.๓ บริษัท ที.เค-วัน เมดิคอล

๔.๙ ตะแกรงสำหรับล้างแผล

จำนวน ๑ ชุด

ราคา ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงจากการสืบราคาจาก
บริษัท / หจก

๔.๙.๑ หจก.สนิทธิ ชัพพลาย

๔.๙.๒ หจก. เอโอ เมดิคอลแอนด์ชีพพลาย

๔.๙.๓ บริษัท ที.เค-วัน เมดิคอล

๔.๑๐ ที่วัดส่วนสูงเด็กแบบนอนพร้อมที่ซังน้ำหนัก

จำนวน ๑ ชุด

ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงจากการสืบราคาจาก
บริษัท / หจก

๔.๑๐.๑ หจก.สนิทธิ ชัพพลาย

๔.๑๐.๒ หจก. เอโอ เมดิคอลแอนด์ชีพพลาย

๔.๑๐.๓ บริษัท ที.เค-วัน เมดิคอล

๔.๑๑ หม้อนึ่งไฟฟ้าสำหรับนึ่งลูกประคบ

จำนวน ๑ เครื่อง

ราคา ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงจากการสืบราคาจาก
บริษัท / หจก

๔.๑๑.๑ หจก.สนิทธิ ชัพพลาย

๔.๑๑.๒ หจก. เอโอ เมดิคอลแอนด์ชีพพลาย

๔.๑๑.๓ บริษัท ที.เค-วัน เมดิคอล

๕. รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นางวราภรณ์ โกมล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวชล หงษ์ทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางเรณู บู่บาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ่อตาโล่
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

1. ตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์

จำนวน 2 ชุด

ความต้องการ ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บเวชภัณฑ์ยา

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นตู้ ชนิด 2 ตอน โครงตู้ทำด้วยเหล็กแผ่นหนา ฟันสี มีความสวยงาม ทนทาน
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วยตู้ตอนบนและตู้ตอนล่าง มีขนาดไม่น้อยกว่า กxยxส 90x40x87 เซนติเมตร
3. ตู้ตอนบนเป็นตู้เหล็ก บานเลื่อนปิด-เปิด เป็นกระจกใส มองเห็นเวชภัณฑ์ได้ มีขนาดไม่น้อยกว่า กxยxส 90x40x87 เซนติเมตร
4. ตู้ตอนล่างเป็นตู้เหล็ก บานเลื่อนปิด-เปิดทึบทำจากเหล็กฟันสี มีขนาดไม่น้อยกว่า กxยxส 90x40x87 เซนติเมตร
5. ตู้ตอนบนและตอนล่าง มีกุญแจ สามารถล็อก ปิด-เปิด ได้
6. ตู้แต่ละตอน ทั้งบน และ ล่าง ภายในมีชั้น สำหรับวางเวชภัณฑ์ ได้รวมไม่น้อยกว่า 3 ชั้น ทำด้วยเหล็กฟันสี มีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้มาก

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
2. รับประกันสีกันสนิมอย่างน้อย 1 ปี



(นางวารารณ์ โกมล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



(นางสายชล หงษ์ทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู บู่บัง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ่อตาโล่
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

2.เครื่องซีลปิดซองบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง

ความต้องการ เครื่องซีลปิดซองบรรจุเครื่องมือแพทย์ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

วัตถุประสงค์ สำหรับซีล ปิดผนึกซองบรรจุเครื่องมือแพทย์ ก่อนนำไป ผ่านกระบวนการ Sterile

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องซีลปิดซองกระดาษกับพลาสติกและพลาสติกกับพลาสติก ด้วยความร้อน

คุณสมบัติทางเทคนิค

1. ขนาดของเครื่องไม่ใหญ่จนเกินไป มีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
2. ใช้ไฟฟ้า 220 V / 50 HZ ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. มีปุ่ม สำหรับปรับอุณหภูมิ เพื่อความคุมความร้อนให้เหมาะสมกับชนิดของซอง
4. การใช้งานเป็นลักษณะคั่นโยกด้วยมือ ผู้ใช้ไม่ต้องออกแรงมากกว่าปกติ
5. มีที่วางม้วนกระดาษกับพลาสติกอยู่ด้านบนตัวเครื่อง
6. มีใบมีดสำหรับตัดซองกระดาษกับพลาสติก ติดตั้งอยู่กับตัวเครื่อง สามารถตัดได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
7. ไม่ต้องอุ่นเครื่อง เมื่อเสียบปลั๊กไฟฟ้า สามารถใช้งานได้ทันที
8. ขนาดของแถบความร้อน ไม่น้อยกว่า 8x320 มิลลิเมตร
9. มีสัญญาณ 2 ระบบให้เลือกใช้งาน ทั้งสัญญาณไฟและสัญญาณเสียง
10. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

เงื่อนไขเฉพาะ

1. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันรับของครบ
2. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย

อุปกรณ์ประกอบ

- 1.ซองบรรจุเครื่องมือแพทย์ ขนาดกว้าง 100 มิลลิเมตร ยาว 200 เมตร จำนวน 1 ม้วน
- 2.ซองบรรจุเครื่องมือแพทย์ ขนาดกว้าง 200 มิลลิเมตร ยาว 200 เมตร จำนวน 1 ม้วน

(นางวารารณ์ โกมล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นางสายชล หงษ์ทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางเรณู บู่บาง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ่อตาโล่
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

3. ตู้เย็นสำหรับเก็บเวชภัณฑ์ยา ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้

ความต้องการ ตู้เย็นสำหรับเก็บเวชภัณฑ์ยา มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

วัตถุประสงค์ สำหรับจัดเก็บเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาคุณภาพของยาและป้องกัน
ความเสียหายจากการเสื่อมสภาพ

คุณสมบัติทั่วไป

1. ตู้เย็น มีปริมาตรความจุภายในไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต
2. ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่แบบลิ้นชัก สะดวกในการใช้งาน
3. ช่องแช่เย็นไว้ด้านบน และ ช่องแช่ แช่แข็งไว้ด้านล่าง
4. ช่องแช่ปกติ มีชั้นวางของแบบ TEMPERED GLASS สามารถรับน้ำหนักได้มาก
5. ระบบกระจายความเย็นแบบ Multi Air-Flow
6. มีแผงไฟขนาดใหญ่ กระจายแสงสว่างทั่วถึงทุกช่องชั้น
7. เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้า
8. ตัวตู้ ทำจากวัสดุคุณภาพดี เคลือบสีที่มีความเงางาม ทนทาน
9. รับประกันคอมเพรสเซอร์ อย่างน้อย 5 ปี และอะไหล่ส่วนต่าง ๆ ของตู้เย็นอย่างน้อย 2 ปี

(นางวารากรณ์ โกมล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นางสายชล หงษ์ทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางเรณู บู่บาง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.ป๋อตาโล่
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

4. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง

ความต้องการ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับใช้ตรวจวัดความดันโลหิตประชาชนที่มาใช้บริการ

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะพับได้ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

คุณสมบัติทางเทคนิค

- 4.1 เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดใช้ปรอท
- 4.2 ปรอทบรรจุอยู่ในกระเปาะสีดำ ที่ยึดติดกับส่วนฝาของตัวเครื่อง
- 4.3 สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่าระหว่าง 0 - 300 มิลลิเมตรปรอท โดยแผ่นสเกล 2 ด้านเป็นสีดำ ตัวเลขคมชัดสีขาว สะดวกในการอ่านค่า
- 4.4 ปรอทจะไหลลงไปรวมกันในกระเปาะปรอทขนาดใหญ่โดยอัตโนมัติเมื่อปิดฝาเครื่อง
- 4.5 แห่งปรอททำจากพลาสติกใสชนิดพิเศษแตกยาก และมีขีดบอกระยะทุก ๆ 2 มิลลิเมตรปรอท
- 4.6 ปรอทมีคุณสมบัติไม่เกาะติดแห่งปรอทขณะใช้งาน
- 4.7 มีที่ล็อกลูกสูบยางอยู่ในตัวเครื่อง เพื่อความสะดวกเวลาเก็บลูกสูบยาง
- 4.8 ตัวเครื่องทำจากโลหะเคลือบสีอย่างดี สวยงาม ทนทาน

5. อุปกรณ์ประกอบ

- 5.1 ฝาพันแขนสำหรับผู้ใหญ่แบบปะติด จำนวน 2 ชิ้น
- 5.2 ลูกยางสำหรับอัดลมเข้าผ้าพันแขนพร้อมลิ้นเปิด - ปิด พับได้สะดวก ง่ายต่อการควบคุมความดัน จำนวน 2 อัน

6. เงื่อนไขเฉพาะ

- 6.1 เป็นผลิตภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป หรือญี่ปุ่น
- 6.2 รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันรับของครบ
- 6.3 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย

(นางวารารณ์ โกมล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นางสายชล หงษ์ทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางเรณู บูบ่าง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.ป๋อตาโล่
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

5.เตียงตรวจโรคปรับระดับได้พร้อมม้าขึ้นเตียง

จำนวน 1 ชุด

ความต้องการ เตียงตรวจโรคพร้อมม้าขึ้นเตียง มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

วัตถุประสงค์ สำหรับตรวจผู้ป่วยที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ห้องปฐมพยาบาลของ รพ.สต.

คุณสมบัติทั่วไป

1. โครงเตียงทำด้วยเหล็กเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว พ่นด้วยสีกันสนิม
2. พื้นใต้เตียงปูด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร
3. ที่นอนบุด้วยฟองน้ำมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 นิ้วหุ้มด้วยผ้าหนังเทียม
4. ส่วนหัวเตียงสามารถยกปรับระดับสูงขึ้นได้
5. ปลายขาเตียงหุ้มด้วยลูกยางทั้ง 4 ขา
6. ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 60x180x80 เซนติเมตร

อุปกรณ์ประกอบ

1. ม้าขึ้นเตียงชนิด 2 ชั้น โครงทำด้วยเหล็กพ่นสี พื้นปูไม้อัดทับบนด้วยพื้นยาง ปลายขาม้าขึ้นเตียงมีลูกยางสวม จำนวน 1 ตัว

เงื่อนไขอื่นๆ

1. รับประกันสีกันสนิมอย่างน้อย 1 ปี

๐๒

(นางวารากรณ์ โกมล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๐๓

(นางสายชล หงษ์ทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๐๑

(นางเรณู บู่บาง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ่อตาโล่
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

6.รถเข็นใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 คัน

ความต้องการ รถเข็นสำหรับใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

วัตถุประสงค์ สำหรับวางเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เคลื่อนย้ายได้สะดวก

คุณสมบัติทั่วไป

1. ตัวรถ ทำจาก สแตนเลส ไม่เป็นสนิม
2. มีชั้นวางของ อย่างน้อย 3 ชั้น
3. ชั้นวางแต่ละชั้น ทำด้วยแผ่นสแตนเลส มีขอบสูง พับขอบไม่มีคม
4. โครงรถ เป็นสแตนเลส ท่อกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ซม.
5. รถเข็นมีขนาด ไม่น้อยกว่า กxยxส 50x90x80 ซม.
6. มีล้อเลื่อน หมุนได้รอบตัว ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ
7. มีที่จับ เข็น 1 ด้าน ทำจาก สแตนเลส ลักษณะกลม

(นางวารารณ์ โกมล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นางสายชล หงษ์ทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางเรณู นูบง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ่อตาโล่
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

7.เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง

ความต้องการ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้น มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับใช้ตรวจวัดความดันโลหิตประชาชนที่มาใช้บริการ

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้นแบบปรอท สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

คุณสมบัติทางเทคนิค

- 7.1 เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้น มีล้อเลื่อน จำนวน 5 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- 7.2 ตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมหล่อจากแม่พิมพ์
- 7.3 สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่าระหว่าง 0 - 300 มิลลิเมตรปรอท โดยแผ่นสเกล 2 ด้านเป็นสีดำ ตัวเลขคมชัดสีขาว สะดวกในการอ่านค่า
- 7.4 ตัวเครื่องวัดความดันโลหิต สามารถปรับระดับความสูงต่ำ ได้
- 7.5 แท่งปรอททำจากหลอดแก้ว ชนิดพิเศษแตกยาก และมีขีดบอกระยะทุก ๆ 2 มิลลิเมตรปรอท
- 7.6 ปรอทมีคุณสมบัติไม่เกาะติดแท่งปรอทขณะใช้งาน
- 7.7 ตัวเครื่องทำจากโลหะเคลือบสีอย่างดี สวยงาม ทนทาน

อุปกรณ์ประกอบ

1. ผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่แบบปะติด จำนวน 2 ชิ้น
2. ลูกยางสำหรับอัดลมเข้าผ้าพันแขนพร้อมลิ้นเปิด - ปิด พับได้สะดวก ง่ายต่อการควบคุมความดัน จำนวน 2 อัน

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือญี่ปุ่น
2. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี นับ
3. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย

(นางวารารณ์ โกมล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นางสายชล หงษ์ทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางเรณู ปู่บาง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.ป๋อตาโล่
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

8.เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง

ความต้องการ เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลใช้ไฟฟ้าและมีที่วัดส่วนสูง เคลื่อนย้ายได้สะดวก

คุณสมบัติทางเทคนิค

- 8.1 เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลใช้ไฟฟ้า และมีที่วัดส่วนสูง อยู่ในเครื่องเดียวกัน
- 8.2 มีน้ำหนัก ไม่เกิน 15 กิโลกรัม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- 8.3 มีหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักแบบ LCD ตัวเลขสีดำ อ่านง่าย เห็นชัดเจน
- 8.4 มีโปรแกรม HOLD ล็อคค่าน้ำหนัก สามารถคำนวณค่าดัชนีมวลกาย BMI ได้
- 8.5 พื้นที่ตั้งน้ำหนักมีขนาดเหมาะสม และมีวัสดุปูพื้นกันลื่น
- 8.6 สามารถวัดความสูงได้ตั้งแต่ 90 - 200 เซนติเมตร
- 8.7 สามารถชั่งน้ำหนักได้ตั้งแต่ 0 - 250 กิโลกรัม
- 8.8 สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า 220 V โดยมีสาย Adapter ให้ และสามารถใช้งานจากแบตเตอรี่แบบชาร์จ ขนาด AA จำนวน 6 ก้อน
- 8.9 ปิดเครื่องอัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงาน

เงื่อนไขเฉพาะ

1. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันรับของครบ
2. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย

(นางวารารณ์ โกมล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นางสายชล หงษ์ทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางเรณู นูบ่าง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ่อตาโล่
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๑. ตะแกรงล้างแผล

จำนวน 1 ชุด

ความต้องการ

ชุดตะแกรงล้างแผล สำหรับห้องปฐมพยาบาล มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับบริการทำแผล ผู้รับบริการ

คุณสมบัติทั่วไป

1. ตะแกรงล้างแผล ทำจากสแตนเลส ไม่เป็นสนิม
2. ขนาดตะแกรง มีขนาดไม่น้อยกว่า กxยxส 40x56x82 เซนติเมตร
3. ด้านบนเป็นตะแกรงสี่เหลี่ยม ใต้ตะแกรงรองด้วยกรวยสี่เหลี่ยม ทำจากสแตนเลส ถ้ายของเสียลงสู่ด้านล่าง
4. มีถังหิ้วสแตนเลส รองรับใต้กรวย โครงทำด้วยท่อกลม ขนาด 2.5 ซม.
5. โครงทำด้วยท่อกลม ขนาด 2.5 ซม. ตัวโครงที่ตั้งถึงสามารถปรับระดับสูง - ต่ำได้
6. มีล้อเลื่อน หมุนได้รอบตัว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ เคลื่อนที่ได้สะดวก
7. สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม



(นางวรารักษ์ โทมส์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



(นางสายชล หงษ์ทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู บู่บาง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.ป่อตาโล่

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

10.เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบนอนพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง

ความต้องการ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบนอนพร้อมที่วัดส่วนสูง มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับวัดความยาวเด็กและชั่งน้ำหนักเด็ก

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบนอนพร้อมที่วัดความยาว(ส่วนสูง) เคลื่อนย้ายได้สะดวก

คุณสมบัติทางเทคนิค

1. เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบนอนพร้อมที่วัดส่วนสูง แบบดิจิตอล เคลื่อนย้ายได้สะดวก
2. มีหน้าจอแสดงค่าน้ำหนักแบบ LCD อ่านง่าย เห็นชัดเจน
3. มีอุปกรณ์สำหรับวัดความยาวเด็กติดอยู่ที่ด้านข้างเครื่องชั่งน้ำหนัก สามารถชั่งน้ำหนักและวัดความยาวเด็กได้พร้อมกันในครั้งเดียว
4. ถาดรองชั่งน้ำหนักทำจากโครงสร้างพลาสติกอย่างดี สามารถถอดออกได้
5. สามารถวัดความยาวเด็กได้ตั้งแต่ ระหว่าง 35 – 85 เซ็นติเมตร
6. สามารถชั่งน้ำหนักได้ตั้งแต่ 0 – 20 กิโลกรัม มีความละเอียด เป็น กรัม
7. มีโปรแกรม HOLD (ล็อคค่าน้ำหนักเด็ก) และเรียกดูค่าน้ำหนักย้อนหลังล่าสุดได้
8. สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า 220 V ได้ โดยมีสาย Adapter ให้ และสามารถใช้งานจากแบตเตอรี่แบบชาร์จขนาด AA จำนวน 6 ก้อน ได้
9. มีสัญญาณเตือนหรือเครื่องหมายเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

เงื่อนไขเฉพาะ

1. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันรับของครบ
2. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย



(นางวราภรณ์ โกมล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



(นางสาวชล หงษ์ทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางเรณู บู่บาง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ่อตาโล่
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

11.หม้อนึ่งไฟฟ้าสำหรับลูกประคบ

จำนวน 1 เครื่อง

ความต้องการ หม้อนึ่งไฟฟ้า สำหรับการนึ่งลูกประคบ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับการนึ่งลูกประคบ ในงานแพทย์แผนไทย

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นหม้อนึ่งไฟฟ้า มีขนาด น้ำหนักเบา

คุณสมบัติทางเทคนิค

- 11.1 มีขนาดความจุ ไม่ต่ำกว่า 6 ลิตร
- 11.2 มีน้ำหนักเบา ยกเคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม
- 11.3 กินไฟน้อย มีปุ่มตั้งเวลานึ่งได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 60 นาที
- 11.4 ชั้นนึ่งทำจากสแตนเลส ทนทาน สวยงาม และมีฝาแก้วปิด สามารถมองเห็นสิ่งของที่นึ่งได้
- 11.5 มีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ เมื่อเสร็จสิ้นการนึ่งตามเวลา
- 11.6 สามารถมองเห็นระดับน้ำได้อย่างชัดเจน

เงื่อนไขเฉพาะ

1. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันรับของครบ
2. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย

(นางวราภรณ์ โกมล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นางสายชล หงษ์ทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางเรณู บู่บาง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ