

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตะเคียน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๖,๘๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๑๑๖,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน รายละเอียดดังนี้

๑. รถเข็นทำแพล จำนวน ๑ คัน ราคากลางคันละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๒. แผ่นรองเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ แผ่น ราคากลาง แผ่นละ ๑๖,๘๐๐ บาท

๓. หม้อน้ำอุ่นป้อน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ราคากลาง เครื่องละ ๔๕,๐๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ตามราคาห้องตลาด

๔.๒ คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ ตามคำสั่งยำเงอพระนครหรือยุธยา ที่ ๓๙๒ /๒๕๕๙

ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑.นายนิพนธ์ สุทธิประทีป

๒.นางสาวบังอร กลั่นสกุล

๓.นางวรารณ์ นิโคธนานนท์

รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ


วันที่ ๙๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามคำสั่งสำเนาพระบรมราชโองการฯ ที่ ๓๙๒ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ผู้มีนามข้างต้นนี้ ได้พิจารณาราคาในการดำเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ตามมาตรฐานและหลักวิชาการ เพื่อใช้ประจำที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|--------------|------------|
| ๑. รถเข็นทำแผล | ราคามิ่งเกิน | ๑๑,๐๐๐ บาท |
| ๒. หม้อน้ำอุ่นไอน้ำ | ราคามิ่งเกิน | ๘๕,๐๐๐ บาท |
| ๓. แผ่นรองเคลื่อนย้ายผู้ป่วย | ราคามิ่งเกิน | ๑๖,๐๐๐ บาท |

เห็นควร กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ตามรายละเอียดแนบท้าย

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายนิพนธ์ สุทธิประทีป)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวบังอร กลั่นสกุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางวรารณ์ นิโคราวน์)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตะเคียน

รายละเอียดคุณลักษณะ

รถเข็นสำหรับผู้ป่วย

วัสดุประสมค์การใช้งาน

๑. ใช้สำหรับเข็นอุปกรณ์ในการทำแผลคนไข้
๒. เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้สะดวก

คุณลักษณะที่นี่ไป

๑. โครงรถทำด้วยเหล็กสแตนเลส
๒. มีล้อชัก ๒ ล้อชักและมีชั้นวางของอีก ๒ ชั้น
๓. ชั้นบนของรถมีร้าวสแตนเลสกันของหล่นและมีที่วางของอย่างน้อย ๓ ช่อง
๔. ติดลูกล้อ ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
๕. มีที่จับสำหรับเข็นเคลื่อนที่
๖. ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า ๔๕ x ๗๗ x ๘๐ ซม.

อุปกรณ์ในที่ประกอบด้วย

๑. เทรย์พร้อมฝาปิดทำด้วย สแตนเลส ๑ ใบ
๒. ถังขยะพร้อมฝา ๑ ใบ
๓. อ่างน้ำ ๑ ใบ ทำด้วยสแตนเลส

ราคากลาง ๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

จำนวน ๑

ผู้รับผิดชอบ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตะเกียน
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อตัวย่างดันไอน้ำ (AUTOCLAVE) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร

วัสดุประสงค์

ใช้นึ่งอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้ปราศจากเชื้อ

คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคแบบตั้งตีบ
๒. ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์
๓. โครงภายนอกเครื่อง ทำด้วยเหล็กพ่นสี
๔. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

คุณสมบัติทางเทคนิค

๑. ห้องนึ่งทำด้วยสแตนเลสติล มีความจุภายในห้องนึ่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร
๒. เป็นระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่เริ่มฆ่าเชื้อถึงอบแห้ง (Sterilization - Drying)
๓. ชุดตั้งเวลาฆ่าเชื้อ เป็นแบบตัวเลขดิจิตอล สามารถปรับตั้งเวลาได้ ตั้งแต่ ๐๐ - ๙๙ และสามารถเลือกหน่วยเป็นชั่วโมงหรือนาที หรือ วินาที จะแสดงการนับเวลา เมื่อถึงระบบฆ่าเชื้อ
๔. ชุดตั้งเวลาอบแห้ง แบบมอเตอร์หมุนนับเวลา สามารถหมุนปรับตั้งเวลาได้ตั้งแต่ ๐ - ๓๐ นาที หรือมากกว่า และจะเริ่มนับเวลา เมื่อถึงอบแห้ง เมื่อนับครบเวลาอบแห้ง จะหมุนกลับมาที่ตำแหน่ง ๐ และตัดไฟฟ้าหยุดการทำงานของเครื่อง
๕. มีสวิทช์ควบคุมแรงดัน (Pressure Switch) แบบหมุน สามารถหมุนปรับตั้งแรงดันได้ตั้งแต่ ๐.๘ - ๒.๑ บาร์
๖. มีถังเก็บน้ำอยู่ภายในตัวเครื่องและมีที่แสดงระดับน้ำในถัง ติดตั้งอยู่ด้านข้างเครื่อง สามารถถ่ายน้ำในถังเก็บน้ำพิมได้
๗. มีバル์บีติก-ปิดน้ำ ให้สามารถถังเก็บน้ำเข้าห้องนึ่งและสามารถใช้ลดแรงดันฉุกเฉินได้ (Emergency Exhaust)
๘. มีเกี้ยแรงดันเป็นชนิดเข็ม อ่านค่าในห้องนึ่ง (Pressure Gauge)
๙. มีหลอดไฟแสดงการทำงาน Run ,Heat, Air dry
๑๐. มีสวิทช์สำหรับเริ่มการทำงานของเครื่อง แบบกดปุ่ม Start
๑๑. ที่ปิดประตูล็อกเป็นชนิดหมุนปิดล็อก เปิด - ปิดประตู หากปิดประตูไม่สนิทมีระบบป้องกัน คือ เครื่องจะไม่ทำงาน (Door Closed Safety)
๑๒. ระบบป้องกันการฆ่าเชื้อที่ไม่สมบูรณ์ คือ เวลาฆ่าเชื้อจะไม่เริ่มทำงาน หากอุณหภูมิและแรงดันไม่ถึงจุดที่กำหนด
๑๓. ชุดทำความร้อน (Heater) จำนวน ๒ ชุด ชุดที่ ๑ ขนาดกำลังไฟฟ้า ๑๖๐๐ วัตต์ ติดตั้งอยู่ภายในห้องนึ่ง เพื่อสร้างไอน้ำในห้องนึ่งให้มีอุณหภูมิในห้องนึ่งให้ถึงจุดที่กำหนดในการฆ่าเชื้อ ชุดที่ ๒ สำหรับอบแห้ง แบบแผ่นห่อหุ้มอยู่ภายนอก ขนาดกำลังไฟฟ้า ๓๐๐ วัตต์
๑๔. มีระบบป้องกันความร้อนสูง Thermostat จำนวน ๒ ชุด

ผู้ลงนาม
นาย ดร. สมชาย ใจดี

ชุดที่ ๑ ป้องกันความร้อนสูงเกินเมื่อน้ำในห้องนีงน้อย และจะตัดไฟฟ้าทั้งหมด หากอุณหภูมิสูงเกิน เป็นชนิด Reset Thermostat แบบมีปุ่มกด ตัดการทำงาน หากอุณหภูมิชุดทำความสะอาดร้อนเกิน ๓๐๐ องศาเซลเซียส

ชุดที่ ๒ ป้องกันความร้อนสูง เมื่ออุณหภูมิขึ้นของแห้ง สูงเกิน

๑๕. มีระบบป้องกันไฟเกินหรือไฟฟ้าลัดวงจร แบบไฟว์ส์ ชนิดไม่ต้องเปลี่ยนไฟว์ส์
๑๖. มีระบบป้องกันแรงดันเกินค่าที่กำหนด (Safety valve) ระยะแรงดันออก หากแรงดันเกิน ๒.๓ บาร์
๑๗. มีปั๊มระบายอากาศ (Air Pump) ช่วยเร่งระบายอากาศ ในช่วงอบแห้ง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการทำงานแห้ง โดยเป่าลมผ่านตัวกรองเชื้อในอากาศ (Air Filter) เข้าไปในห้องนีง

อุปกรณ์ประกอบ

๑. ตะกร้าใส่ของเข้าห้องนีง ทำด้วยสแตนเลส จำนวน ๑ ชุด

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๒. รับประกันคุณภาพและอะไหล่ ๑ ปี

ราคากลาง ๔๕,๐๐๐ บาท(แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

อนุมัติ
นาย [Signature]
[Signature]