

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๕,๑๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

รวม ๗ รายการเป็นเงิน ๑๑๕,๑๐๐ บาท

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน รายละเอียดดังนี้

๑.เตียงตรวจโรคปรับระดับได้ จำนวน ๑ เตียง ราคากลาง ๑๒,๐๐๐ บาท

๒.เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๖,๘๐๐ บาท

๓.รถเข็นทำการพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน ราคา ๙,๒๐๐ บาท

๔.แผ่นรองช่วยชีวิตผู้ป่วย จำนวน ๑ แผ่น ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท

๕.เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓,๕๐๐ บาท

๖.เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท

๗.ถังขยะสแตนเลสมีล้อ จำนวน ๑ ใบ ราคา ๓,๘๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม ๒๕๕๘

๔.๒ คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ ตามคำสั่งอำเภอพระนครศรีอยุธยา ที่ ๓๘๗ /๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. นางวลัยพร มีคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๒. นางสาวเกสร สว่างสังวาลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


๓. นางนาทติญา อีสอาด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน


รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ผู้มีนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การแพทย์จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๑๕,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการให้บริการผู้รับบริการนั้น

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ได้พิจารณาตามมาตรฐานและหลักวิชาการ เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตามมาตรฐานและหลักวิชาการ เห็นควรกำหนดราคาไม่เกิน วงเงิน ๑๑๕,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) สามารถ ดำเนินการตามการประมาณการได้ ตามรายละเอียดแนบท้าย

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางวัลย์พร มีคุณ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวเกสร สว่างสังวาลย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางนาทติญา อีสอาด)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่

คุณลักษณะเฉพาะ

TR 029 เตียงตรวจโรค Examine Bed

Dimensions W60xL180xH80 cm.

ด้านหัวเตียงปรับระดับได้ โครงเตียงมีให้เลือกทั้งแบบท่อสีเหลี่ยม และแบบท่อกลม

ขนาด ๓,๐ ซม. ที่นอนหุ้มผ้าหนังเทียม หน้า ๗,๕ ซม.

ก. ทำด้วยแอสตนเลส

ราคา ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ฉัตร มีดง
(นางฉัตร มีดง)

นางสาวเมตตา สว่างไสว
(นางสาวเมตตา สว่างไสว)

พาทิณี อิศรา

(พาทิณี อิศรา)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ

- 300 มิลลิเมตรปรอท sphygmomanometer ทางคลินิกสำหรับการใช้งานแบบพกพา
- มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน ANSI / AAMI SP-10 เพื่อความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- ความคมชัดสูงระดับอคูมิเนียมเพื่อความสะดวกในการดู Mylar ® ฟิล์มสอบเทียบแก้วหมึกตลอด
- ใช้สำหรับผู้ใหญ่

ราคา 6.800 บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

กวีพร สี่กุล
(นางกวีพร สี่กุล)

ดร. น. น.
(นางสาวกมลดา สดขันธ์กุล)

พท.ศิริคุณ อิศรางกูร
(พท.ศิริคุณ อิศรางกูร)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่

คุณลักษณะเฉพาะ

TR 050 รถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิต Emergency Cart

Dimensions W40xL55xH80cm.

ตัวรถทำด้วยสแตนเลส โครงรถทำด้วยท่อกลมสแตนเลสขนาด 2.5 ซม. ใส่ลูกล้อ ขนาด 3 นิ้ว

ก. แบบ 2 ล้อขับเคลื่อน

ข. แบบ 3 ล้อขับเคลื่อน

ราคา 9,200 บาท (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

กฤษกร สิงกุล
(นางอภิญญา สิงกุล)

ดร. นพ.
(นางสาวเกสรา วัฒนสินธุ)

พญ. อภิญญา วัฒนสินธุ
(นางอภิญญา วัฒนสินธุ)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ

แผ่นรองช่วยชีวิตผู้ป่วย

1. ทำจากพลาสติกชนิดพิเศษ มีน้ำหนักเบา มีความทนทานในการใช้งานสูง
2. มีขนาดกว้าง 61 ซม. ยาว 155 ซม.หนา 4 มม.
3. ไม่หัก สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
4. มีช่องขนาดพอเหมาะสำหรับมือจับ ทั้ง 2 ด้าน และมีรูสำหรับแขวน 1 รูด้านบน เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
5. ผิวด้านบนจะเรียบลื่น ทำให้เลื่อนตัวคนไข้ได้ง่ายขึ้น ผิวด้านล่างจะมีที่กันลื่น ทำให้แผ่นไม่ขยับตามตัวคนไข้เวลาสอดเข้าใต้แผ่นหลังคนไข้
6. รับประกัน 12 เดือน
7. ผลิตจากประเทศไต้หวัน

ราคา 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

กวิฑูรย์ ฐิตินันท์
(ผอ.กวิฑูรย์ ฐิตินันท์)

น.ส.
(นางสาวกวิฑูรย์ ฐิตินันท์)

กวิฑูรย์ ฐิตินันท์
(นางกวิฑูรย์ ฐิตินันท์)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่
คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด
INFRARED-THERMOMETER

วัตถุประสงค์

เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด Multi-Function สามารถวัดได้ทั้งอุณหภูมิร่างกายทางหู, อากาศ และน้ำ

คุณสมบัติทั่วไป

1. ขนาด 153 x 31 x 40 มม. น้ำหนัก 53 กรัม (รวมแบตเตอรี่) บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดี พร้อม probe covers 25 ชิ้น ในกล่อง
2. แสดงค่าเป็นตัวเลข บนหน้าจอ LCD มีแสงที่พื้นหลัง อ่านค่าได้แม้ในที่มืด
3. เลือกแสดงค่าเป็นองศาเซลเซียส หรือ ฟาเรนไฮต์ได้
4. วัดได้อย่างรวดเร็วเพียง 1-2 วินาที และเครื่องจะปิดอัตโนมัติหลังการใช้งานใน 1 นาที เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
5. เก็บข้อมูลในการวัดได้ 12 ครั้ง โดยค่าการวัดหลังสุด จะปรากฏเมื่อเปิดเครื่อง และสามารถเรียกดูค่าการวัดย้อนหลังได้
6. มีระบบสัญญาณเตือน
 - 6.1 เมื่อเครื่องถูกกดปุ่ม ON และพร้อมจะวัด จะมีสัญญาณเตือนสั้น ๆ 1 ครั้ง
 - 6.2 เมื่อเครื่องวัดเสร็จ จะมีสัญญาณเตือนยาว ๆ 1 ครั้ง
 - 6.3 เมื่อเกิดข้อผิดพลาด จะมีสัญญาณเตือนสั้น ๆ 3 ครั้ง

คุณสมบัติทางเทคนิค


1. ช่วงการวัด 0 °C – 100 °C (32 °F-212 °F) แสดงค่าเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง
2. ความแม่นยำในการวัด ± 0.2 °C, 32.0-42.2 °C
(± 0.4 °F, 89.6-108.0°F)
3. ใช้แบตเตอรี่ Lithium CR2032 วัดได้อย่างน้อย 1,000 ครั้ง

เงื่อนไขเฉพาะ

1. ผลิตภัณฑ์ Riester ประเทศเยอรมัน
2. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

ราคา 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

กวีสิทธิ์ มีคุณ
ค. กวีสิทธิ์ มีคุณ


(นางสาวเกศรา ศรีสวัสดิ์)

ทพ.อ.ดร. อรรชกร
(นางสาวเกศรา อธิษฐาน)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ

เครื่องให้การบำบัดรักษาโดยใช้คลื่นอัลตราซาวด์

รุ่น PHYSIONIC-11

1. ความต้องการ เครื่องให้การบำบัดรักษาโดยใช้คลื่นอัลตราซาวด์
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับใช้ในการบำบัดผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด เพื่อลดปวดกล้ามเนื้อเอ็น และข้อต่อจากการใช้งาน, ลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ, เพิ่มการไหลเวียนโลหิต และช่วยให้เกิดการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
3. คุณสมบัติเฉพาะ
 - 3.1 เป็นเครื่องกำเนิดคลื่นอัลตราซาวด์ เพื่อให้เกิดความร้อนลึกภายในเนื้อเยื่อร่างกาย
 - 3.2 มีหัวเพื่อส่งผ่านคลื่นอัลตราซาวด์ เครื่องมีน้ำหนักเบาสะดวก และมีสัญญาณไฟแสดงเมื่อให้การรักษา เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
 - 3.3 มีแผงหน้าปัดแสดงความเข้มของคลื่นเป็นวัตต์ (W) และวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร (W/cm^2)
 - 3.4 มีขนาดความถี่ 1 เมกะเฮิรตซ์
 - 3.5 คลื่นอัลตราซาวด์ที่มีให้ทั้งชนิดต่อเนื่องและเป็นจังหวะ โดยคลื่นแบบเป็นจังหวะเลือกค่า Duty cycle ได้ 5, 10, 20, 50, 80% คลื่นแบบต่อเนื่องเลือกค่า Duty cycle ได้ 100%
 - 3.6 สามารถเลือกความเข้มของคลื่นอัลตราซาวด์แบบต่อเนื่องได้ $0-2 W/cm^2$ แบบเป็นจังหวะได้ $0-3 W/cm^2$
 - 3.7 ตั้งเวลาการรักษาได้ตั้งแต่ 0 - 30 นาที
 - 3.8 มีปุ่มกดเพื่อเริ่มทำการรักษา หรือกดหยุดชั่วคราว (Pause)
 - 3.9 มีสัญญาณเสียงเตือน 1 นาทีก่อนหมดเวลาในการรักษา
 - 3.10 สามารถเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ 9 โปรแกรม
 - 3.11 ใช้ง่ายกับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์
 - 3.12 ขนาดของเครื่อง 22 x 20 x 19.5 ซม.
 - 3.13 น้ำหนักของเครื่อง 1.7 กิโลกรัม
4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

4.1 Treatment head large 1 MHz - 5.0 cm. ²	1 หัว
4.2 Adapter 100 - 240 Volt	1 อัน
4.3 Mains connecting cable	1 เส้น
4.4 เจลอัลตราซาวด์ 3 ลิตร พร้อมขวด	1 ชุด
4.5 รถเข็นสแตนเลสวางเครื่อง	1 คัน
4.6 คู่มือการใช้งาน	1 เล่ม
5. เงื่อนไขเฉพาะ
 - 5.1 เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
 - 5.2 รับประกันคุณภาพ 1 ปี

ราคา 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

อภิเทพ ธีคุณ
(นางอภิเทพ ธีคุณ)

นางสาวกมลทิพย์ สวัสดิ์โคตร
(นางสาวกมลทิพย์ สวัสดิ์โคตร)

กมลทิพย์ อิศระกุล
(กมลทิพย์ อิศระกุล)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่

คุณลักษณะเฉพาะ

ถังขยะสแตนเลส

ทำด้วยสแตนเลส มีถังใน เปิดโดยใช้เท้าเหยียบ ขนาด ๑๒ นิ้ว x ๑๕ นิ้ว

แบบมีวงล้อ

ราคา 3.800 บาท (สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

อ.วิเศษ สี่สูง
(นางอ.วิเศษ สี่สูง)

นางสาว
(นางสาวอ.วิเศษ สี่สูง)

พ.ศ. ๒๕๖๓
(นางอ.วิเศษ สี่สูง)