

ตาราง ปปช.๐๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชุดเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็นในโรงพยาบาล  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลลังน้ำ洋洋
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘  
เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
  - ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอไอ เมดิคอลแอนด์ซัพพลาย
  - ๔.๒ บริษัท ที.เค-วัน เมดิคอล จำกัด
  - ๔.๓ บริษัท อัพเฟอร์ เยลท์แคร์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๕.๑ นางจันทima นิลจ้อย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  - ๕.๒ นางสาวพัชราภรณ์ เกิดโภคทรัพย์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  - ๕.๓ นางนิฤมล มีวารี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  

(นางจันทima นิลจ้อย) (นางสาวพัชราภรณ์ เกิดโภคทรัพย์) (นางนิฤมล มีวารี)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ชุดเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็นในโรงพยาบาล  
โรงพยาบาลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. ความต้องการ ชุดเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็นในโรงพยาบาล
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้สำหรับการรับ – ส่งต่อผู้ป่วยและการส่งตรวจวินิจฉัย
๓. คุณสมบัติทั่วไป
  - ๓.๑ เป็นเตียงเข็นผู้ป่วยชนิดพิเศษ ซึ่งสามารถใช้ติดตั้งประจำโรงพยาบาลเข็นขึ้น-ลง จากรถได้ถ่าย โดยขาเตียงจะพับและการออกแบบโดยอัตโนมัติ
๔. คุณสมบัติเฉพาะ
  - ๔.๑ เป็นเตียงผู้ป่วย ซึ่งออกแบบสำหรับการเข็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล สามารถเคลื่อนย้ายด้วยล้อ จำนวน ๖ ล้อ
  - ๔.๒ ตัวเตียงและโครง ทำจากโลหะปลอกสนิมเคลือบสีอย่างดี
  - ๔.๓ มีราวกันตก ทำจากโลหะปลอกสนิม ทึ้งด้านข้างและขวา ด้านปลายเท้าสามารถยกขึ้นได้ โดยมีคันบังคับอยู่ด้านข้าง ด้วยระบบกลไก
  - ๔.๔ แผ่นรองตัวผู้ป่วย แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนแยกจากกัน ทำด้วยพลาสติกไม่มีเชื้มน้ำ พนักพิงหลังสามารถปรับให้อยู่ในท่านั่งราบได้ ๗๕ องศา
  - ๔.๕ มีคันบังคับสำหรับการพับขาเตียงคู่หน้าและคู่หลัง แบบแยกควบคุม ขาเตียงทั้งสองคู่สามารถพับเข้าและยืดออกได้
  - ๔.๖ เตียงมีขนาดความยาว ๑,๘๗๐ mm. กว้าง ๕๗๐ mm. สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ กิโลกรัม
  - ๔.๗ มีที่เสียบเส้น้ำเกลือทั้งด้านข้างและขวา พร้อมเส้น้ำเกลือจำนวน ๑ เสา สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ได้ และยึดติดกับโครงเตียงได้อย่างมั่นคง
  - ๔.๘ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจากประเทศสวีเดน เมริกาหรือทวีปยุโรปหรือได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มอก. จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรองมาตรฐานหรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงานแล้ว พร้อมแนบหลักฐานในวันยื่นเอกสาร

#### ๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ มีคุณมีการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๒ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี นับตั้งแต่วันรับมอบของครบเป็นต้นไป โดยจะต้องมีอะไหล่ไว้พร้อมบริการไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๕.๓ ในระยะรับประกันผู้ขายจะต้องส่งซ่อมมาตรฐานเช็ค และบำรุงรักษาเตียงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

(นางจันทิมา นิลจ้อย)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสาวพัชรากรณ์ เกิดโภคทรัพย์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางนิคมล มีวารี)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ