

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ : การจัดซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวม
เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- ๓ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ๔ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับ
เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
- ๕ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นางรัศมี แก้วศรีงาม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
 - ๕.๒ นางอรสา แก้วรัตนปัทมา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
 - ๕.๓ นางดวงสมร พูลชะโก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางรัศมี แก้วศรีงาม)
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางอรสา แก้วรัตนปัทมา)
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางดวงสมร พูลชะโก)
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบสอดแขน
โรงพยาบาลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. ความต้องการ

เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบสอดแขน

๒. ลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขนได้ โดยใช้ Cuff แบบวงกลม

๒.๒ มีช่องสำหรับสอดแขนเพื่อทำการวัด โดยไม่ต้องพันผ้ารัดแขน เพื่อความรวดเร็วในการวัด และมีที่รองรับปลายแขนขณะทำการวัด เป็นแบบยาวทั้งสองแขน ทำให้คนไข้ไม่เกร็งแขนในขณะที่วัด เพื่อให้ค่าที่แม่นยำ โดยสามารถวัดได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา

๓. ลักษณะเฉพาะ

๓.๑ ระบบแสดงผลเป็นแบบ LED

๓.๒ เป็นการวัดแบบ Oscillometric

๓.๓ สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่าระหว่าง ๐ - ๒๘๐ มิลลิเมตรปรอท สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรไม่น้อยกว่าระหว่าง ๓๐ - ๒๐๐ ครั้งต่อนาที

๓.๔ มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (EMERGENCY STOP)

๓.๕ มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้ และสามารถตัดกระดาษได้โดยอัตโนมัติ

๓.๖ ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐ V

๓.๗ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด มีขนาดไม่เกิน ๕.๐ กิโลกรัม

๔. อุปกรณ์ประกอบด้วย

๕.๑ กระดาษบันทึกผล	จำนวน	๑	ม้วน
๕.๒ สายไฟ AC	จำนวน	๑	เส้น
๕.๓ โต๊ะวางเครื่อง	จำนวน	๑	ตัว
๕.๔ เก้าอี้นั่ง	จำนวน	๑	ตัว

๕. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๕.๑ มีคู่มือการใช้งาน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ เล่ม

๕.๒ รับประกันคุณภาพการใช้งาน ๑ ปี

ลงชื่อ.....

(นางรัศมี แก้วศรีงาม)

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางอรสา แก้วรัตนปัทมา)

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางดวงสมร พูลชะโก)

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กรรมการ