

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างก่อสร้าง

๑.ชื่อ โครงการ: สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ชุดสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดไฟเบอร์ออปติก)
จำนวน ๑ เครื่อง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ: โรงพยาบาลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง): ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง):

๔.๑ ราคากลางจาก ๓ บริษัท

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง):

๕.๑ นางสาวศิริพร พงษ์ธานี ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

๕.๒ นางสาววิภาวี เกตุวัง ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ

๕.๓ นายขวัญชัย เกตุณะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

คุณลักษณะเฉพาะ

ชุดสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดไฟเบอร์ออปติก (Fiber-Optic Laryngoscope)

1. ความต้องการ ใช้ใส่ท่อช่วยหายใจ
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้ใส่ท่อช่วยหายใจชนิดไฟเบอร์ออปติก
3. คุณสมบัติทั่วไป
 - 3.1 หลอดไฟเป็นหลอดขนาด 3.5 โวลต์ ชนิด Halogen ผสม Xenon
 - 3.2 ค้ำจับ (Handle) ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม
 - 3.3 ค้ำจับ (Handle) มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ชนิด Ni-Cd Battery
 - 3.4 หลอดไฟอยู่ใน Cartridge ซึ่งแยกจากตัว Handle เพื่อป้องกันหลอดไฟเสียหาย
 - 3.5 แผ่นส่องตรวจเป็นเหล็กสแตนเลสหล่อขึ้นเดียวมีท่อนำแสงแบบไฟเบอร์ออปติก
 - 3.6 สามารถถอดเปลี่ยน Blade ได้โดยสะดวก
 - 3.7 Blade มี 4 ขนาด ได้แก่ Miller เบอร์ 1 และ English MacIntosh เบอร์ 2, 3, 4
 - 3.8 ได้รับมาตรฐาน ASTM F1195 และ ISO 7376-3 ,ASTM F965 และ ISO 7376-1,-2
- 4.เงื่อนไขเฉพาะ
 - 3.9 ผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป
 - 3.10 รับประกันคุณภาพ 1 ปี

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(... นางสาวศิริพร..พงษ์ธานี.....)

ลงชื่อ กรรมการ

(...นางสาววิภาวี.....เกตุวัง.....)

ลงชื่อ กรรมการ

(...นายขวัญชัย.....เกตุณะ.....)