

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลฝักไถ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. วงเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รายการ
คือ เครื่องนับเม็ดยา ๑ เครื่อง

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง)

๔.๑ บริษัท เจริญชัยเกียรติ ชัพพลาย

๔.๒ บริษัท สยามเมตริก จำกัด

๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์เกต

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นางสาวเกษศรีรินทร์ ชุนทอง ประธานกรรมการ

๕.๒ นายอรรถพล สุวรรณผล กรรมการ

๕.๓ นางมนทิภา หลินทอง กรรมการ

คุณสมบัติเฉพาะ เครื่องนับเม็ดยา

๑. ความต้องการ

เครื่องนับจำนวนเม็ดยา

๒. คุณลักษณะทั่วไป

- ๒.๑ เป็นเครื่องนับเม็ดยาแบบตั้งโต๊ะ ขนาดกะทัดรัด สะดวกในการเติมยา เคลื่อนย้ายสะดวก
- ๒.๒ ใช้กับระบบไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ และมีสายดินป้องกันไฟรั่ว

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

- ๓.๑. เป็นเครื่องนับเม็ดยาทั้งรูปแบบเม็ดและแคปซูล ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหรือความยาวไม่เกิน ๑๖ มม. โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือปรับ
- ๓.๒ มีอัตราความเร็วในการนับไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เม็ดต่อนาที
- ๓.๓ มีระบบช่วยให้เม็ดยาไหลวนออกมาอย่างต่อเนื่อง และนับได้อย่างถูกต้อง
- ๓.๔ ช่องทางออกของเม็ดยาเป็นแบบมีลักษณะลาดเอียงเพื่อช่วยไม่ให้เม็ดยาแตก
- ๓.๕ ขณะเครื่องทำงาน เครื่องจะแสดงผลการนับจำนวนเม็ดยาและจำนวนห่อ(pack)ที่นับ ที่หน้าจอเครื่อง
- ๓.๖ ขณะทำงานสามารถหยุดการนับชั่วคราวได้โดยตัวเลขที่นับค้างอยู่ไม่ถูกลบออก โดยการหยุด Feeding vibrator หรือกดปุ่มหยุดชั่วคราว หรือสามารถยกเลิกการนับขณะนั้นได้เลย
- ๓.๗ ทำงานโดยระบบแสง Infrared หรือ ระบบอื่นที่มีความแม่นยำ เม็ดยาที่นับแล้วจะถูกปล่อยลงช่องซ้ายและขวาสลับกันไปตามจำนวนที่ตั้งไว้โดยต่อเนื่อง
- ๓.๘ ตัวเครื่องออกแบบตามมาตรฐาน ทำความสะอาดง่ายไม่มีซอกหรือมุมอับที่เม็ดยาจะเข้าไปขังได้

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๒. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน (ยกเว้นการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิต)
- ๔.๓. ผู้ขายจะต้องประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
- ๔.๔. กรณีแจ้งซ่อมในระยะประกัน บริษัทจะดำเนินการซ่อมและแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน ๑๕ วันนับจากวัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวเกษกรินทร์ ขุนทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอรรถพล สุวรรณผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมนทิวา หลินทอง)