

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีช่างานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานีอนามัยตำบลรางจรเข้

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๖,๓๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๒๗๖,๓๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

๑. ตู้ข้างเตียงผู้ป่วย จำนวน ๑ หลัง ราคาหลังละ ๖,๕๐๐ บาท

๒. เครื่องผลิตออกซิเจนรุ่น จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท

๓. เตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้ จำนวน ๑ หลัง ราคาหลังละ ๕๕,๐๐๐ บาท

๔. คอมพิวเตอร์แบบพกพาได้ จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๑๓,๕๐๐ บาท

๕. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๑๓,๕๐๐ บาท

๖. เครื่องดูดน้ำลาย จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๓,๕๐๐ บาท

๗. ยูนิตทำฟันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๖๕,๐๐๐ บาท

๘. เครื่องมือทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนาม จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๙,๓๐๐ บาท

๙. หัวขัดฟันความเร็วต่ำ จำนวน ๑๐ หัว ราคาหัวละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ตามราคาท้องตลาด

๔.๒ คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ ตามหนังสือ อย ๑๒๓๒.๐๘/๕๖

ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑.นางสาวบุญญา สุวรรณทรัพย์

๒.นายวันชัย ดนตรี

๓.นายชัยวัฒน์ มหรรณพ

## รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ผู้มีนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การแพทย์จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๒๗๖,๓๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการให้บริการผู้รับบริการนั้น

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ได้พิจารณาตามมาตรฐานและหลักวิชาการ เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตามมาตรฐานและหลักวิชาการ เห็นควรกำหนดราคาไม่เกินวงเงิน ๒๗๖,๓๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) สามารถ ดำเนินการตามการประมาณการได้ ตามรายละเอียดแนบท้าย


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวบุญญา สุวรรณทรัพย์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวินชัย ดนตรี)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ มหรรณพ)

สถานีอนามัยตำบลراجรเชฐ  
คุณลักษณะเฉพาะ  
ตู้ข้างเตียงผู้ป่วย

ตู้ข้างเตียงผู้ป่วยสแตนเลส

คุณลักษณะ

- 1.ขนาด W36x43.5x75cm.
- 2.ทำด้วยสแตนเลส มี 1 ลิ้นชัก และประตู 1 บาน
- 3.ค้ำบน เป็นขอบหยาย 3 ด้าน
- 4.ใส่ล้อล้อ ขนาด 2 นิ้ว

ราคากลาง 6,500 บาท



(นางสาวบุญฐิตา สุวรรณทรัพย์)

  
(นายวันชัย ดนตรี)



(นายชัยวัฒน์ มหรรณพ)

สถานีอนามัยตำบลراجจระเซ  
คุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องผลิตออกซิเจนรุ่น 7F-5W

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง สำหรับใช้งานที่บ้าน

คุณสมบัติทั่วไป

1. ตัวเครื่องหุ้มภายนอกด้วยพลาสติก ปลอดภัยและไวไฟได้
2. ขนาด 44.5 x 37.2 x 68 ซม. น้ำหนัก 27 กิโลกรัม
3. เวลาการทำงานจะแสดงที่หน้าจอ

คุณสมบัติทางเทคนิค

1. ช่วงการไหล 0.5 -5 ลิตร/นาที
2. ความเข้มข้นของออกซิเจน ไม่ต่ำกว่า 95.5 -87%
3. ความดันออกสูงสุด  $45 \pm 4.5$  kPa
4. มีกลไกการลดความดันที่  $250$  kPa  $\pm 25$  kPa
5. ความดัง ไม่เกิน 53 เดซิเบลเอ
6. ใช้ไฟกระแสสลับ  $220V \pm 10\%$ , 50 Hz, กำลังไฟเข้า 500 VA
7. มี Press safety valve ช่วยให้ปลอดภัย
8. มีระบบส่งสัญญาณเตือนในกรณีระบบไฟขัดข้อง ความดันสูง หรือ ต่ำ
9. คอมเพรสเซอร์มีระบบป้องกันความร้อน เพื่อความปลอดภัยของคอมเพรสเซอร์เอง และตัวเครื่อง
10. Minimum operating time 30 นาที
11. สามารถต่อชุดพ่นละอองยาได้ โดยให้อัตราการพ่นละอองยาสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 0.20 มล./นาที


อุปกรณ์ประกอบใช้งาน


1. Nasal oxygen cannula	1	ชุด
2. Filter core	1	ชุด
3. Humidifier bottle (รวมสาย)	1	ชุด
4. อุปกรณ์พ่นละอองยา	1	ชุด
5. คู่มือ	1	ชุด


เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd ประเทศจีน ภายใต้แบรนด์ Yuwell
2. รับประกันคุณภาพสินค้า และบริการ 1 ปี

คุณลักษณะเฉพาะ และ รูปลักษณะสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ราคากลาง 30,000 บาท

  
(นางสาวบุญญา สุวรรณทรัพย์)

  
(นายวินชัย ดนตรี)

  
(นายชัยวัฒน์ มหรรณพ)




สถานีอนามัยตำบลراجจระเข้  
คุณลักษณะเฉพาะ  
เตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้

เตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้พร้อมที่นอน 3 โภ ไฟฟ้า ราวอลูมิเนียมสไลด์


คุณลักษณะ

1. ฟังก์ชันการทำงานของเตียงปรับได้ 3 แบบ
2. หัว - ท้ายเตียง ทำจากพลาสติก ABS สามารถถอดออกได้
3. พื้นเตียงเป็นเหล็กแผ่นเรียบเจาะรู พ่นสีฝุ่น
4. ราวกันเตียงทำจากอลูมิเนียม สูง 45 ซม. พับลงได้
5. มีที่เสียบเสาน้ำเกลือ 4 มุม หัว - ท้ายเตียง
6. โครงสร้างเตียงทำจากเหล็ก พ่นสีฝุ่น
7. ล้อขนาด 5 นิ้ว ล้อคล้อ 4 จุด ไม่ให้เตียงเคลื่อนที่
8. ควบคุมการปรับท่าต่างๆด้วยระบบไฟฟ้า  
\* 220V-240V กระแสสลับ AC 50-60 Hz แปลงเป็น DC 24V 2.6A-3A
9. มีแบตเตอรี่สำรองไฟ 24V 2.6A (Rechargeable battery backup) ชาร์จไฟเต็ม 4-5 ชั่วโมง

ราคากลาง 55,000 บาท

  
(นางสาวบุญญา สุวรรณทรัพย์)

  
(นายวันชัย คนตรี)

  
(นายชัยวัฒน์ มหรรณพ)

สถานีอนามัยตำบลรางจรเข้  
คุณลักษณะเฉพาะ  
โคมไฟทันตกรรมแบบพับได้

โคมไฟทันตกรรมแบบพับได้ LED


คุณสมบัติทั่วไป

1. ใช้ไฟฟ้าเข้า 220 VAC 50 Hz ออก 5 VDC
2. เป็นหลอด LED ปรับความเข้มได้ 2 ระดับ
3. เป็นแบบขาตั้ง มีความมั่นคง
4. ความเข้มแสงอยู่ระหว่าง 2,000 – 2,200 Lux
5. ระยะโฟกัส 50 – 70 cm.
6. ขนาด กระเป๋ 15x72x15 cm.

ราคากลาง 13,500 บาท



(นางสาวบุญญา สุวรรณทรัพย์)



(นายวินชัย ตนตรี)



(นายชัยวัฒน์ มรรณพ)


สถานีอนามัยตำบลรางจรเข้  
คุณลักษณะเฉพาะ  
โคมไฟส่องแสง รุ่น ZC-2450

โคมไฟส่องทำแสง


คุณลักษณะ

1. ใช้ไฟฟ้า AC 220V 50 Hz ผ่านชุดแปลงไฟมาเป็น DC 12 V จึงมีความปลอดภัยในการใช้งาน
2. หลอดไฟเป็นหลอดฮาโลเจน กระจากกันรังสีความร้อน (UV) ใช้ไฟ 12V 35-50 W อายุการใช้งานของหลอด 2,000 ชม. ให้แสงสว่างสูงสุด 13,000 LUX
3. มีแผ่นกระจากสีฟ้าอ่อน กรองรังสีความร้อน
4. ตัวโคมสีดำ ทำด้วยพลาสติกหนาอย่างดี ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า
5. มีสวิทช์ เปิด - ปิด ที่มือจับหัวโคม และมีชุดหรีแสงสว่างที่ตัวโคม
6. โคมไฟมีแกนยาว 70 ซม. สามารถปรับ ตรง-โค้ง ได้สะดวกตามทิศทางที่ต้องการ
7. ฐานของโคมไฟทำด้วยพลาสติกสีดำอย่างดีมีล้อ 5 ล้อ , เคลื่อนย้ายสะดวก
8. รับประกัน 1 ปี (ยกเว้นหลอดไฟ)
9. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศจีน

ราคากลาง 13,500 บาท

  
(นางสาวบุญญูเสา สุวรรณทรัพย์)

  
(นายวันชัย ดนตรี)

  
(นายชัยวัฒน์ มทรณพ)

สถานีอนามัยตำบลรางจรเข้  
คุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องดูดน้ำลาย

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เครื่องดูดเสมหะ ประสิทธิภาพสูง เหมาะกับการใช้งานโรงพยาบาล, คลินิก, เนสซิงโฮม หรือ ที่บ้าน  
(ไม่ใช่สำหรับสูตินรีเวช)

คุณสมบัติทั่วไป

1. เครื่องดูดเสมหะ ใช้งานง่าย ด้วยสวิตช์มือ และสวิตช์เท้า


คุณสมบัติทางเทคนิค

1. ทำงานด้วยปั๊มสูญญากาศ ระบบลูกสูบ ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องใส่สารหล่อลื่น มีระบบป้องกันการปนเปื้อนแบคทีเรีย
2. แรงดูดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 80 กิโลปาสคาล
3. อัตราการไหลไม่ต่ำกว่า 20 ลิตรต่อนาที
4. ความดัง ไม่เกิน 60 เดซิเบลเอ
5. มีขวดแก้ว ขนาด 2,500 มิลลิลิตร/ขวด, 2 ใบ
6. ใช้ไฟกระแสสลับ 220 V $\pm$  10 %, กำลังไฟเข้า 180 VA


อุปกรณ์ประกอบใช้งาน

1. Abdomen suction tube	1	ชิ้น
2. Suction soft tube <O7 x O12, ยาว 2 เมตร	1	ชิ้น
3. Fuse tube<RF2AL250V /O5 x 20>	2	ชิ้น
4. สายไฟ	1	ชิ้น
5. สวิตช์เท้า	1	ชิ้น
6. แผ่นกรองอากาศ	2	ชิ้น
7. คู่มือ	1	ชุด

ราคากลาง 13,500 บาท

  
(นางสาวบุญญา สุวรรณทรัพย์)

  
(นายวันชัย ดนตรี)

  
(นายชัยวัฒน์ มหารณพ)





สถานีอนามัยตำบลراجระเซ่  
คุณลักษณะเฉพาะ  
ยูนิตทำฟันเคลื่อนย้ายได้

ยูนิตทำฟันเคลื่อนย้ายได้ (MOBILE UNIT)

คุณสมบัติทั่วไป

1. ใช้กับกระแสไฟฟ้า 220 V. 50-60 c/s.

2. อุปกรณ์ประกอบด้วย

2.1 สาย Airtor 4 รู	จำนวน	2	เส้น
2.2 สาย Airtor 4 รู	จำนวน	1	เส้น
2.3 Triple Syringe	จำนวน	1	ชุด
2.4 Air Compressor ในตัว	จำนวน	1	ชุด
2.5 เครื่องดูดน้ำลายในตัว	จำนวน	1	ชุด
2.6 หัวกรอเร็ว	จำนวน	1	หัว
2.7 หัวกรอช้า	จำนวน	1	หัว

3. เป็นตู้มีลูกกลิ้งที่แข็งแรงสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้สะดวก ด้านข้างมีหูจับทั้ง 2 ข้าง

4. ด้านบนของตู้มีที่เพียงพอสำหรับวางเครื่องมือและวัสดุที่ใช้ทางทันตกรรม


คุณสมบัติทางเทคนิค

1. ที่วางพร้อมสาย AIROTOR แบบ 4 รู จำนวน 2 เส้น
2. ที่วางพร้อมสาย AIROTOR แบบ 4 รู จำนวน 1 เส้น
3. มีปุ่มเปิด-ปิด เครื่อง และปุ่มปรับน้ำ-ลม ไว้ด้านหน้าตู้  
ซึ่งสามารถ เปิด-ปิด และ ปรับได้ สะดวก
4. มีมาตรวัดความดันลมแสดงไว้ให้ชัดเจนด้านหน้าตู้
5. TRIPPLE SYRINGE สามารถเป่าลม น้ำ และสเปรย์อยู่  
ในหัวเดียวกัน ซึ่งสามารถถอดหัวออกเพื่อฆ่าเชื้อได้
6. AIRCOMPRESSOR มีระบบอัตโนมัติ และมี SAFETY  
VALVE
7. มีที่ถ่ายน้ำจากถังพักลม
8. มีที่ดูดน้ำลายภายในตัวตู้

ราคากลาง 65,000 บาท



(นางสาวบุญญา สุวรรณทรัพย์)



(นายวันชัย ดินตรี)



(นายชัยวัฒน์ มหรรณพ)

สถานีอนามัยตำบลรางจรเข้  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องมือทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนาม

เครื่องมือทันตกรรมเคลื่อนที่

คุณลักษณะ

1. เก้าอี้สนามพร้อมเก้าอี้แพทย์


- 1.1 ทำด้วยโครงโลหะไร้สนิม (Stainless Steel) สามารถพับเข้าหากันได้
- 1.2 พนักพิง เบาะนั่ง และหัวหมอน ทำด้วยหนังเทียมหุ้มพองน้ำ
- 1.3 มีหัวหมอน ซึ่งสามารถเลื่อนได้ ไขว้รองศีรษะแยกส่วนกับพนักพิง
- 1.4 ด้านซ้ายของเก้าอี้มีแกนยึดกับที่วางแก้วน้ำ และที่บัวปากพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งสามารถถอดออกได้
- 1.5 ด้านขวามีแกนยึดกับถาดสำหรับวางเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งสามารถถอดออกได้
- 1.6 สามารถปรับพนักพิงได้ 4 ระดับ คือ ตั้ง , เอน , นอน , นอนราบ
- 1.7 สินค้ารับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันตรวจรับ

2. โคมไฟทันตกรรมแบบพับได้

- 2.1 ใช้ไฟฟ้าเข้า 220 VAC 50 Hz ออก 5 VDC
- 2.2 เป็นหลอด LED ปรับความเข้มได้ 2 ระดับ
- 2.3 เป็นแบบขาตั้ง มีความมั่นคง
- 2.4 ความเข้มแสงอยู่ระหว่าง 2,000 – 2,200 Lux
- 2.5 ระยะโฟกัส 50 – 70 cm.
3. เครื่องดูดน้ำลาย
- 3.1 ทำงานด้วยปั๊มสุญญากาศ ระบบลูกสูบ ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องใส่สารหล่อลื่น มีระบบป้องกันการปนเปื้อนแบคทีเรีย
- 3.2 แรงดูดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 80 กิโลปาสกาล
- 3.3 อัตราการไหลไม่ต่ำกว่า 20 ลิตรต่อนาที
- 3.4 ความดัง ไม่เกิน 60 เดซิเบลเอ
- 3.5 มีขวดแก้ว ขนาด 2,500 มิลลิลิตร/ขวด, 2 ใบ
- 3.6 ใช้ไฟกระแสสลับ 220 V $\pm$  10 % , กำลังไฟเข้า 180 VA
4. ราคากลาง 39,300 บาท



(นางสาวบุญญา สุวรรณทรัพย์)



(นายวันชัย ดนตรี)



(นายชัยวัฒน์ มหรรณพ)

สถานีอนามัยตำบลรางจระเข้  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
หัวขัดฟันความเร็วต่ำ


คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.เป็นด้ามกรอฟันชนิดหักมุม สามารถต่อเข้าได้ทั้ง Air motor และ Micro Moter
  - 2.ใช้สำหรับกรอฟัน ในงานทันตกรรมรักษา
  - 3.การถอด และใส่หัว Bur เป็นแบบ Latch type ก้านหัว Bur CA  $\varnothing$  2.35 mm.
  - 4.มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 30,000 รอบ/นาที
  - 5.เป็นระบบ Dry cutting
  6. สามารถเข้าอบนึ่งฆ่าเชื้อโรค ที่ 134°C
  7. ผลิตภัณฑ์ ประเทศญี่ปุ่น
- ราคากลาง 4,000 บาท

ย | →

(นางสาวบุญญา สุวรรณทรัพย์)

  
(นายวันชัย ดนตรี)

  
(นายชัยวัฒน์ มหรรณพ)