

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างมาก่อน

๑.ชื่อโครงการ: สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (หัวกรอพื้นความเร็วสูง)
จำนวน ๔ หัว

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ: โรงพยาบาลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: จำนวน ๗๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง): ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
เป็นเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง):

๔.๑ ราคากลางจาก ๓ บริษัท

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง):

๕.๑ นางสาวศิริพร พงษ์ธานี ตำแหน่ง ทัศนแพทย์ชำนาญการพิเศษ

๕.๒ นางสาววิภาวี เกตุวัง ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ

๕.๓ นายขวัญชัย เกตุณะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

หัวกรอฟันความเร็วสูง


1. ความต้องการ หัวกรอความเร็วสูง (ด้ามกรอความเร็วสูง และข้อต่อหัวกรอฟันแบบเร็ว)
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นหัวกรอความเร็วสูง ใช้กรอฟันในช่องปาก
3. คุณลักษณะทั่วไป หัวกรอความเร็วสูง (ด้ามกรอความเร็วสูง และข้อต่อหัวกรอฟันแบบเร็ว) ใช้กรอฟันในช่องปาก
4. เงื่อนไขเฉพาะ

ด้ามกรอความเร็วสูง

- 4.1 เป็นหัวกรอระบบ Ball Bearing ที่มีความเร็วรอบสูงสุด 410,000 รอบ/นาที
- 4.2 ตัวด้ามทำจาก Stainless Steel
- 4.3 การถอดหัว Bur เป็นระบบ Ultra Push Chuck
- 4.4 Hand piece เป็นระบบ Clean Head สามารถป้องกันสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปใน Cartridge
- 4.5 Cartridge เป็นระบบ Ceramic Ball Bearing แบบ ISU (Integrate Shaft Bearing)
- 4.6 การ Spray น้ำเป็นแบบ Quattro Spray
- 4.7 ใช้แรงดันลมในการทำงานระหว่าง 2.2-2.5 kg/cm²
- 4.8 สามารถทำให้ปลอดเชื้อโรคได้ด้วยเครื่องอบความดันไอน้ำ (Autoclave) ที่อุณหภูมิสูงสุด 135 องศาเซลเซียส
- 4.9 สามารถบำรุงรักษา และทำความสะอาดด้วยน้ำมัน Hi-Clean Spray
- 4.10 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรปหรือญี่ปุ่น และมีหนังสือรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต
- 4.11 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

ข้อต่อหัวกรอฟันแบบเร็ว

- 4.11 สามารถเชื่อมต่อกับหัวกรอแบบเร็วได้
- 4.12 สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื้อได้โดยทนความร้อนได้สูงถึง 135 องศาเซลเซียส
- 4.13 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรปหรือญี่ปุ่น
- 4.14 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(ทพญ.ศิริพร พงษ์ธานี)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(พญ.วิภาวี เกตุวัง)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายขวัญชัย เกตุณะ)