

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างมาก่อนสร้าง

๑.ชื่อโครงการ: สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (หัวกรอพื้นความเร็วสูง)

จำนวน ๔ หัว

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ: โรงพยาบาลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: จำนวน ๗๖,๐๐๐ บาท ( เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน )

๓.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง): ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

เป็นเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง):

๔.๑ ราคากลางจาก ๓ บริษัท

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง):

๕.๑ นางสาวศิริพร พงษ์ธานี ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

๕.๒ นางสาววิภาวี เกตุวัง ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ

๕.๓ นายขวัญชัย เกตุณะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

## รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

### หัวรอฟันความเร็วสูง

1. ความต้องการ หัวรอฟันความเร็วสูง (ด้ามกรอความเร็วสูง และข้อต่อหัวรอฟันแบบเร็ว)
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นหัวรอฟันความเร็วสูง ใช้กรอฟันในช่องปาก
3. คุณลักษณะทั่วไป หัวรอฟันความเร็วสูง (ด้ามกรอความเร็วสูง และข้อต่อหัวรอฟันแบบเร็ว) ใช้กรอฟันในช่องปาก
4. เงื่อนไขเฉพาะ

#### ด้ามกรอความเร็วสูง

- 4.1 เป็นหัวรอรระบบ Ball Bearing ที่มีความเร็วรอบสูงสุด 410,000 รอบ/นาที
- 4.2 ตัวด้ามทำจาก Stainless Steel
- 4.3 การถอดหัว Bur เป็นระบบ Ultra Push Chuck
- 4.4 Hand piece เป็นระบบ Clean Head สามารถป้องกันสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปใน Cartridge
- 4.5 Cartridge เป็นระบบ Ceramic Ball Bearing แบบ ISU (Integrate Shaft Bearing)
- 4.6 การ Spray น้ำเป็นแบบ Quattro Spray
- 4.7 ใช้แรงดันลมในการทำงานระหว่าง 2.2-2.5 kg/cm<sup>2</sup>
- 4.8 สามารถทำให้ปลอดเชื้อโรคได้ด้วยเครื่องอบความดันไอน้ำ (Autoclave) ที่อุณหภูมิสูงสุด 135 องศาเซลเซียส
- 4.9 สามารถบำรุงรักษา และทำความสะอาดด้วยน้ำมัน Hi-Clean Spray
- 4.10 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรปหรือญี่ปุ่น และมีหนังสือรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต
- 4.11 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

#### ข้อต่อหัวรอฟันแบบเร็ว

- 4.11 สามารถเชื่อมต่อกับหัวรอฟันแบบเร็วได้
- 4.12 สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื้อได้โดยทนความร้อนได้สูงถึง 135 องศาเซลเซียส
- 4.13 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรปหรือญี่ปุ่น
- 4.14 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

( ทพญ.ศิริพร พงษ์ธานี )

ลงชื่อ..........กรรมการ

( พญ.วิภาวี เกตุวัง )

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นายขวัญชัย เกตุณะ )