

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างมาก่อนสร้าง

๑.ชื่อโครงการ: สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (คอมพิวเตอร์ส่งปากทางทันตกรรม)

จำนวน ๑ โคม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ: โรงพยาบาลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

๓.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง): ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง):

๔.๑ ราคากลางจาก ๓ บริษัท

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง):

๕.๑ นางสาวศิริพร พงษ์ธานี ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

๕.๒ นางสาววิภาวี เกตุวัง ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ

๕.๓ นายขวัญชัย เกตุณะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

โคมไฟส่องปากทางทันตกรรม

1. ความต้องการ โคมไฟส่องปากสนาม LED พร้อมกระเป่า
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้ส่องสว่างเพื่อทำการตรวจ และทำหัตถการภายในปาก งานทันตกรรม ภาคสนาม
3. คุณลักษณะทั่วไป
 - 3.1 โคมไฟส่องปากสนาม LED พร้อมกระเป่า
4. เงื่อนไขเฉพาะ
 - 4.1 ใช้หลอดไฟชนิด LED
 - 4.2 ให้แสงสว่างที่ปราศจากความร้อน ที่มีขอบเขตชัดเจนเหมาะสมสำหรับส่องไปที่ปากคนไข้
 - 4.3 มีความเข้มของแสงประมาณ 2,000-8,000 ลักซ์ ขึ้นอยู่กับระยะห่างของโคมไฟกับหน้าคนไข้ มีระยะทำงานประมาณ 20-70 เซนติเมตร
 - 4.4 มีสวิตช์เปิด-ปิด ที่หัวโคมไฟ
 - 4.5 มีขาตั้งกับพื้นที่ยึดแน่น และเสาโคมไฟสูงพอเหมาะ สามารถปรับความสูง-ต่ำได้สะดวก สามารถแยกส่วนเสาโคมไฟได้ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายได้ง่าย ทำด้วยวัสดุทนทาน สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
 - 4.6 มีอะแดปเตอร์ 220 AC ไฟออก 3 V , 300 MA
 - 4.7 รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี อุปกรณ์เสริมรับประกัน 6 เดือน
 - 4.8 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย หรือ ยุโรป
 - 4.9 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย 1 ชุด

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(ทพญ.ศิริพร พงษ์ธานี)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(พญ.วิภาวี เกตุวัง)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายขวัญชัย เกตุณะ)