

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ชื่อครุภัณฑ์การแพทย์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ รายการ

๑. รถเข็นนั่งถ่าย จำนวน ๘๐ คัน

๒. ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ จำนวน ๘๐ ผืน

๒. หน่วยงานของเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑. รถเข็นนั่งถ่าย จำนวน ๘๐ คัน ๆ ละ ๓,๗๗๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๑,๖๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

๒. ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ จำนวน ๘๐ ผืน ๆ ละ ๑๐,๘๘๘ บาท เป็นเงิน ๘๗๑,๐๔๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

๑. รถเข็นนั่งถ่าย ราคากลางคันละ ๕,๕๐๐ (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒. ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ ราคากลางผืนละ ๑๔,๖๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. รถเข็นนั่งถ่าย สืบราคา จาก ๓ บริษัท ดังนี้

- บริษัท ทีเค อินโนเวชั่น จำกัด

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนิทศิษฐ์พลาย

- บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

๒. ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ สืบราคา จาก ๓ บริษัท ดังนี้

- บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด

- บริษัท ทีเค อินโนเวชั่น จำกัด

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลแอนด์ซีพพลาย

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑. นางลักษณา คังขชาติ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประธานกรรมการ

๒. นางวิมล เลหาภิชาติชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ

๓. นางสาวสมร บุญรอด นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ กรรมการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นางลักษณา คังขชาติ)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางวิมล เลหาภิชาติชัย)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวสมร บุญรอด)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถเข็นนั่งถ่าย

๑. ความต้องการ รถเข็นสำหรับนั่งถ่าย
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับผู้สูงอายุพึ่งพิงในชุมชน (คลังอุปกรณ์)
๓. คุณสมบัติทั่วไป เป็นรถเข็นนั่งถ่ายสแตนเลส ชนิด ๔ ล้อ
๔. คุณลักษณะทางเทคนิค
 - ๔.๑ ตัวรถทำด้วยสแตนเลสทั้งคัน ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘x๑๘ นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม
 - ๔.๒ ที่รองนั่ง , พนักพิงหลัง (เต็มแผ่น) และที่วางแขน ทำด้วยสแตนเลสแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร
 - ๔.๓ ที่รองนั่งเจาะรูสำหรับนั่งถ่าย , ด้านล่างมีตะแกรงถอดได้สำหรับรองหม้อนอนพร้อมหม้อนอน
 - ๔.๔ มีเบาะพองน้ำหุ้มหนังเทียมขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘x๑๘ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว สำหรับปิดที่รองนั่ง
 - ๔.๕ มีที่รองสำหรับวางเท้าทำด้วยอลูมิเนียมพับได้
 - ๔.๖ มีมือจับสำหรับเข็นอยู่ด้านหลัง
 - ๔.๗ มี ๔ ล้อ ใช้ล้อขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ยางตัน มีเบรก ๒ ล้อ
๕. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๕.๑ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
 - ๕.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี จากวันรับมอบของครบ

ลงชื่อ 

(นางลักษณา ศังขชาติ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

ลงชื่อ 

(นางวิมล เลหาภิชชาติชัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ 

(นางสายสมร บุญรอด)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ

๑. ความต้องการ ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับผู้สูงอายุพึ่งพิงในชุมชน (คลังอุปกรณ์)
๓. คุณสมบัติทั่วไป เป็นที่นอนสำหรับผู้ป่วย เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ
๔. คุณลักษณะทางเทคนิค
 - ๔.๑ เป็นแบบสองชั้น ซึ่งประกอบด้วย ยูรีเทนโฟมแบบคืนตัวเร็ว ทั้ง ๒ ชั้น หรือเป็นยูรีเทนโฟมทั้งชั้น แบบคืนตัวเร็ว หรือวัสดุอื่นที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
 - ๔.๒ สามารถเลือกใช้ทั้ง ๒ ด้าน ตามความเหมาะสมของคนไข้
 - ๔.๓ หุ้มด้วยวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยลดแรงเสียดทาน กันน้ำ กันไฟ และป้องกันเชื้อแบคทีเรีย MRSA และเชื้อโรคอื่น เช่น Staphylococcus aureus และ Colon bacillus
 - ๔.๔ ที่นอนมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ มิลลิเมตร และความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ มิลลิเมตร
๕. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๕.๑ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
 - ๕.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี จากวันรับมอบของครบ

ลงชื่อ 

(นางลักษณา คังขชาติ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

ลงชื่อ 

(นางวิมล เลหาภิชาติชัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ 

(นางสายสมร บุญรอด)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ